

Ring-Pessar

 Gebrauchsanweisung

CE 0483

Made in Germany

M E D E S T I G N
Dietramszell · Dubai · München



Inhaltsverzeichnis

	Deutsch	4
	English	11
	Français	19
	Italiano	27
	Español	35
	Türkçe	43
	Polski	51
	Русский	59
	中文	67
	يَبْرُع	82

Wozu dient die Pessarbehandlung?

Ring-Pessare werden eingesetzt zur Behandlung bestimmter Formen der Inkontinenz (unfreiwilliger Abgang von Harn oder Stuhl) und bei Beschwerden, die durch eine Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entstehen. Diese Senkungen können z.B. durch eine angeborene Bindegewebsschwäche, durch Hormonmangel nach den Wechseljahren oder durch Schwangerschaften und Geburten hervorgerufen werden. Mit Hilfe der Pessarbehandlung – unterstützt durch Beckenbodentraining und ggf. östrogenhaltige Cremes – gelingt es häufig die Beschwerden dauerhaft zu bessern, so dass auf das Tragen des Pessars verzichtet werden kann.

Was bewirkt ein Pessar?

Das medesign Pessar repositioniert die Organe in die anatomisch richtige Lage und wirkt dem Vorfall bzw. der Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entgegen. Die Pessartherapie ist eine Alternative zur Operation gegen Deszensus uteri und Inkontinenz.

Welches Pessar ist das richtige für mich?

Die Auswahl der richtigen Größe ist die Voraussetzung für eine optimale Behandlung und Beschwerdefreiheit. medesign Ring-Pessare werden in verschiedenen Größen und Ausführungen (45 bis 100 mm) angeboten. Das Pessar sollte in der kleinsten Größe gewählt werden, die gerade noch sicher hält.

Neben normalen Ring-Pessaren gibt es auch eine dicke Ausführung. Das dicke Ring-Pessar wird insbesondere von älteren Patientinnen bevorzugt. Der dickere Ring vergrößert die Auflagefläche und vermindert so die Gefahr von Gewebeschäden und Druckbeschwerden, auch dann, wenn das Pessar nicht täglich gewechselt wird.

Ihr Arzt wird die für Sie richtige Größe ermitteln. Er setzt das Pessar ein und Sie probieren in seinem Beisein aus, ob das Pessar richtig sitzt.

Dazu pressen, husten und bewegen Sie sich. Anschließend wird der Arzt nochmals den Sitz des Pessars kontrollieren. Es sollte immer das kleinste Pessar benutzt werden, das gerade noch hält. Achten Sie auch darauf, dass Sie bei eingesetztem Pessar problemlos Wasser lassen können.

Nach einigen Wochen bzw. Monaten wird der Arzt überprüfen, ob eventuell auf eine andere Pessargröße gewechselt werden kann. Durch die verschiedenen Größen ist eine individuelle Anpassung möglich. Um eine bessere Wirksamkeit zu erzielen, wird die Behandlung oft mit steigenden Pessargrößen durchgeführt.

medesign Ring-Pessare werden aus einem speziell für den medizinischen Gebrauch entwickelten, flexiblen und gewebefreundlichen Silikon hergestellt. Sollten Sie dennoch eine Empfindlichkeit bemerkten, verwenden Sie das Pessar nicht mehr und besprechen die Situation mit Ihrem Arzt. Normale Ring-Pessare enthalten ein eingearbeitetes Metall-Inlay (Feder), welche ihm Formbeständigkeit verleiht. Die Pessare sind flexibel und lassen sich gut falten bzw. zusammendrücken. Dies macht das Einführen und Entfernen der Ring-Pessare besonders einfach. Das Pessar darf nur von einer Patientin verwendet werden.

Wie führe ich das Ring-Pessar ein?

Die Pessare lassen sich gut selbst einführen. Kontrollieren Sie das Ring-Pessar auf Unversehrtheit, Sauberkeit, Verfärbungen, Schäden und Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden oder Veränderungen der Oberfläche ist das Pessar durch ein neues zu ersetzen.

Sie sollten das Ring-Pessar morgens in die Scheide einführen und abends wieder entfernen. So kann sich das empfindliche Scheidengewebe über Nacht erholen. In besonderen Fällen kann das Pessar auch über Nacht eingesetzt bleiben, bzw. nachts durch ein evtl. kleineres Ring-Pessar ersetzt werden. Statt den Ring

selbst zu wechseln, überlassen viele ältere Patientinnen den Wechsel Ihrem Arzt. Dieser ist alle vier bis acht Wochen nötig. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen Ihres Arztes.

Bevor Sie mit dem Einsetzen des Pessars beginnen, sollten Sie sich die Hände waschen. Um das Einführen zu erleichtern hat sich die Verwendung eines Gleitmittels wie z.B. Ladysoft bewährt. Östrogenhaltige Creme bzw. Gel tragen Sie nach Bedarf auf das Ring-Pessar auf.

Nun führen Sie das gefaltete bzw. zusammengedrückte Ring-Pessar in die Scheide ein. Dazu kann es hilfreich sein, ein Bein z.B. auf die Bettkante zu stellen. Manchen Frauen fällt es leichter, den Ring in der Hocke oder im Liegen einzuführen. Sie können sich auch mit leicht gespreizten Beinen an eine Wand lehnen und dann das Pessar einführen. Probieren Sie ein bisschen, so finden Sie am besten die für Sie vorteilhafteste Methode.

Schieben Sie das Pessar in die Position, die Ihnen Ihr Arzt gezeigt hat. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den gefalteten Ring zunächst ins hintere Scheidengewölbe einlegen. Anschließend schieben Sie ihn einfach nach vorne oben. Das Pessar sitzt richtig, wenn er nicht drückt. Ist das Ring-Pessar nicht richtig platziert, kann es keine Stützfunktion ausüben und wird bei Belastung herausrutschen.

Wie entferne ich das Ring-Pessar?

Auch vor dem Entfernen des Pessars sollten Sie sich die Hände waschen. Benetzen Sie den Scheidenbereich gut mit Ladysoft Gleitgel. Fassen Sie den Ring mit dem Zeigefinger und ziehen das Pessar aus der Scheide heraus. Verwenden Sie keine anderen Hilfsmittel bei der Entfernung des Ring-Pessars. Anschließend waschen Sie sich nochmals die Hände.

Reinigung des Pessars

Nachdem Sie das Ring-Pessar entfernt haben reinigen Sie es mit lauwarmen Wasser und Seifenlösung oder einer milden Waschlotion wie z.B. Femsoft. Anschließend klar reinspülen und trocknen lassen. Eine Desinfektion ist normalerweise nicht nötig. Nach Reinigung des Pessars waschen Sie sich nochmal die Hände.

Zur unterstützenden Reinigung und Pflege des Intimbereiches verwenden Sie z.B. Femsoft Intim-Waschlotion. Eine speziell entwickelte Waschlotion auf der Basis von Molke und Brennnessel mit einem niedrigen pH-Wert (3,8 bis 4). Anschließend waschen Sie sich nochmals die Hände.

Nicht mit chemischen Mitteln reinigen.

**Keine Haushaltsreiniger oder Spülmittel verwenden.
Es ist nicht erforderlich dass Pessar auszukochen.**

Legen Sie es nicht in die Mikrowelle.

Entsorgung

medesign Pessare sind aus geprüftem medizinischem Silikon hergestellt und können im Hausmüll entsorgt werden Das Silikon ist nicht biologisch abbaubar, daher sollte es nicht über die Toilette entsorgt werden.

Ring-Pessar (dünn) enthält zur Stabilisierung ein Metall-Inlay.

**Dies kann Untersuchungsergebnisse beim Röntgen,
CT, MRT usw. negativ beeinflussen.**

**Das Pessar kann sich bei diesen Untersuchungen
erwärmen, informieren Sie ihren Arzt.**

Ring-Pessar (dünn) vor Untersuchungen entfernen.



Kontraindikatoren zur Pessaranwendung sind
Infektionen von Vagina und Zervix.



Positiv bei magnetischen Sicherheitskontrollen.
Ring-Pessar (dünn) vor Kontrolle eventuell entfernen.

Anwendungshinweise

- Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
- Anwendung nach Anleitung durch medizinisches Fachpersonal.
- Ununterbrochener Anwendungszeitraum ohne ärztliche Kontrolle: maximal 29 Tage.
- Max. Anwendungszeitraum mit ärztlicher Kontrolle: 2 bis 3 Zyklen à maximal 29 Tage.
- Mehrfachverwendung bei gleicher Patientin ist möglich.
- Die Verträglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage ist durch Ultraschall und / oder Befragung der Patientin sicherzustellen.
- Vor jeder Anwendung ist das Produkt auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist das Pessar durch ein neues zu ersetzen.
- Nach jeder Anwendung ist das Pessar mechanisch mit lauwarmem Wasser und Seifenlösung zu reinigen und anschließend klar reinspülen.
- Die Anwendungszyklen sind vom Arzt zu dokumentieren.
- Nicht während der Menstruation und nie zusammen mit einem Tampon verwenden oder mit ärztlicher Rücksprache.
- Nicht verwenden wenn Sie schwanger sind oder glauben schwanger zu sein.
- Nicht bei Blasen-, Harnwegs-, oder Scheidenentzündung verwenden.
- medesign Pessare sind latexfrei.

Ergänzende Produkte

Ladysoft Gleitgel: erleichtert das Einsetzen des Pessars

Femsoft Intim-Waschlotion: sanfte Reinigung des Intimbereiches

Femsoft Intim-Creme: pflegt und schützt den Intimbereich



Verwendbar bis



Artikelnummer (MED...)



Chargenbezeichnung



Achtung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



CE-Zeichen mit Identifikationsnummer
der benannten Stelle

Ring-Pessar dünn**Größe**

Ø 45 mm	MED1001442
Ø 50 mm	MED1000100
Ø 55 mm	MED1000101
Ø 60 mm	MED1000102
Ø 65 mm	MED1000103
Ø 70 mm	MED1000104
Ø 75 mm	MED1000105
Ø 80 mm	MED1000106
Ø 85 mm	MED1000107
Ø 90 mm	MED1000108
Ø 95 mm	MED1000109
Ø 100 mm	MED1000434

Ring-Pessar dick**Größe**

Ø 50 mm	MED1000817
Ø 55 mm	MED1000818
Ø 60 mm	MED1000819
Ø 65 mm	MED1000820
Ø 70 mm	MED1000821
Ø 75 mm	MED1000822
Ø 80 mm	MED1000823
Ø 85 mm	MED1000824
Ø 90 mm	MED1000825
Ø 95 mm	MED1000826
Ø 100 mm	MED1000827

Inhalt:

1 Pessar mit Gebrauchsanweisung

1 Ladysoft Gleitgel mit Gebrauchsanweisung

Haben Sie noch Fragen zur Anwendung oder möchten uns Ihre Erfahrungen mitteilen, so schreiben Sie uns.

Ring Pessary



Instructions for use

When is therapy with a Ring Pessary useful?

Ring Pessaries are used for treating certain types of incontinence (inability to control urination or defecation) as well as problems caused by descensus of the vagina, the uterus, the bladder or the intestine. Descents like this can be caused by e.g. hereditary weakness of the connective tissue, postmenopausal hormone deficiency or pregnancy and giving birth. Treatment with pessaries, combined with pelvic floor exercise and, if necessary, oestrogen enriched creams - can permanently improve conditions and obviate the need for the pessary.

How does a pessary work?

The medesign pessary repositions the organs and brings them into the anatomically correct position – counteracting a prolapse or descensus of the vagina, the uterus, the bladder or the intestine. Therapy with pessaries is an alternative to surgical intervention for the treatment of descensus uteri and incontinence.

Which pessary is the right one for me?

Selecting the correct size is a prerequisite for ideal treatment and freedom from symptoms. medesign's Urethra Pessaries are offered in various sizes and models (45 – 100 mm). The pessary, which is smallest in size, yet resting securely should be chosen.

Your gynaecologist will determine the right size for you. The pessary is inserted and you can check its correct position by moving, coughing and squeezing, whereupon the gynaecologist will check the fit of the pessary once again. The pessary, which is smallest in size, yet resting securely should be chosen. You should also make sure that you are able to urinate without any problems.

Your gynaecologist will assess the fit of your pessary after a few weeks or months to see whether you can switch to a different size. The various sizes allow for individual fitting. Treatment is often carried out with increasing pessary sizes

in order to achieve better results. Due to loosening of the tissue, a larger sized pessary often has to be used after 1 - 2 months.

medesign's Urethra Pessaries are made from flexible, tissue tolerant silicone, which is especially developed for medical use. If you should, despite this, notice a reaction, stop the use of the pessary and discuss the situation with your physician. Normal Urethra Pessaries have an integrated metal inlay for stabilization.

The pessaries are flexible and can thus be folded and squeezed, making insertion and removal of the Urethra Pessary especially easy. The pessary may be used by one patient only.

How do I insert the Ring Pessary?

Pessaries can easily be inserted on your own. Check the Ring Pessary for intactness, cleanliness, discolouration, damage and wear marks. The pessary has to be replaced by a new one should damage or changes on the surface be visible.

You should insert the Ring Pessary into the vagina in the mornings and remove it in the evenings in order for the sensitive vaginal tissue to be able to recover overnight. In certain cases the pessary may remain inserted during the night or be replaced by a smaller Ring Pessary at night. Instead of changing the ring themselves, many older patients leave this to their physician.

Removal and reinsertion is necessary every 4 to 8 weeks. Please follow your doctor's instructions for this.

Wash your hands prior to inserting the pessary. To ease insertion it is recommended that a lubricant, such as Ladysoft, be used. If needed, the Ring Pessary may be coated with a cream or gel containing oestrogen.

Now insert the folded/squeezed Ring Pessary into the vagina. It may be helpful to place one leg e.g. on the edge of your bed. Some women find it easier to insert the ring in a crouching or lying position. You could also lean against a wall with

your legs slightly spread and then insert the pessary. Try out which method is best for you.

Push the pessary into the position shown to you by your physician. Make sure that you place the folded ring in the back vaginal vault and subsequently push it up towards the front. The pessary is placed correctly if you cannot feel any pressure. If the Ring Pessary is not placed correctly it cannot fulfil its supporting function and will slide out under strain.

How do I remove the Ring Pessary?

You should also wash your hands prior to removal. Thoroughly lubricate your vaginal area with Ladysoft Lubricant. Grab the ring with your index finger and pull the pessary out of your vagina. Do not use any other equipment for removing the Ring Pessary. Subsequently wash your hands again.

Pessary Care

Clean the Ring Pessary with lukewarm water and soap or a mild washing lotion such as Femsoft after removal. Subsequently rinse and leave to dry. Disinfection is usually not necessary. Wash your hands again after cleaning the pessary.

For added support for the cleaning and care of your intimate area, use e.g. Femsoft Intimate Wash – a specially developed washing lotion with whey and stinging nettle as a basis and a low pH-value (3.8 - 4). Subsequently wash your hands again.



- Do not use chemicals for cleaning.**
- Do not use household or dish detergents.**
- It is not necessary to boil the pessary.**
- Do not put it in the microwave.**

Disposal

medesign pessaries are made from certified medical silicone and can be disposed of in household waste. The silicone is not biodegradable and should therefore not be disposed of in the toilet.

Ring Pessary (thin) has an integrated metal inlay for stabilization.



This can negatively influence test results of X-rays, CT scans, MRIs, etc. The pessary may heat up during such examinations – inform your physician.

Remove the Ring Pessary (thin) prior to examinations.



Infections of the vagina and the cervix are contraindications for pessary treatment.



Positive in magnetic security controls.
Perhaps remove the Ring Pessary (thin)
prior to security screening.

Please note

- Read and follow instructions for use.
- Use according to instructions from healthcare professionals.
- Uninterrupted period of application without medical supervision: 29 days maximum.
- Maximum period of application with medical supervision: 2 – 3 cycles of 29 days maximum.
- Repeated use with the same patient possible.
- Tolerance and correct placement of the pessary have to be secured through ultrasound and/or consultation.
- The product has to be checked for intactness and cleanliness of the surface prior to every application. The pessary has to be replaced by a new one should changes on the surface appear.
- The pessary has to be cleaned after every application – using lukewarm water and soap and subsequently rinsing the pessary with clear water.
- The periods of application have to be documented by a physician.
- Do not use during menstruation and never use the pessary together with a tampon or without medical consultation.
- Do not use during pregnancy or if you think you might be pregnant.
- Do not use if you have a bladder or urinary tract infection or inflammation of the vagina.
- medesign pessaries are latex-free.

Additional products

Ladysoft Lubricant: eases insertion of the pessary

Femsoft Intimate Wash: gentle cleansing of the intimate area

Femsoft Intimate Cream: nourishes and protects the intimate area



Usable until



LOT



Date of construction



Producer



Item number (MED...)



Attention



Read and follow the instructions for use



CE-mark with identification number
of the notified body

Ring-Pessary thin**Size****Item no.**

ø 45 mm	MED1001442
ø 50 mm	MED1000100
ø 55 mm	MED1000101
ø 60 mm	MED1000102
ø 65 mm	MED1000103
ø 70 mm	MED1000104
ø 75 mm	MED1000105
ø 80 mm	MED1000106
ø 85 mm	MED1000107
ø 90 mm	MED1000108
ø 95 mm	MED1000109
ø 100 mm	MED1000434

Ring-Pessary thick**Size****Item no.**

ø 50 mm	MED1000817
ø 55 mm	MED1000818
ø 60 mm	MED1000819
ø 65 mm	MED1000820
ø 70 mm	MED1000821
ø 75 mm	MED1000822
ø 80 mm	MED1000823
ø 85 mm	MED1000824
ø 90 mm	MED1000825
ø 95 mm	MED1000826
ø 100 mm	MED1000827

Content:

1 pessary with instruction manual

1 Ladysoft Lubricant with instruction manual

If you have any questions regarding application or would like to share your experiences, please contact us.



Pessaire anneau



Mode d'emploi

A quoi sert le traitement par pessaire ?

Des pessaires anneaux sont utilisés pour traiter certaines formes d'incontinence (émission involontaire d'urine ou de selles) et en cas de troubles dus à une descente du vagin, de l'utérus, de la vessie ou de l'intestin. Ces descentes peuvent être dues par exemple à des déficiences héréditaires du tissu conjonctif, à une carence hormonale après la ménopause ou à des grossesses et des accouchements. Grâce au traitement par pessaire – complété par des crèmes contenant des oestrogènes et des exercices du périnée – on arrive fréquemment à limiter les problèmes à tel point qu'il est possible de passer à un pessaire plus petit où même de s'en passer totalement.

Quel est l'effet d'un pessaire anneau ?

Le pessaire medesign repositionne les organes dans la position anatomique correcte et contrecarre la baisse ou la descente du vagin, de l'utérus, de la vessie ou de l'intestin. La thérapie par pessaire est une alternative à l'opération corrigeant la descente de l'utérus et l'incontinence.

Quel est le bon pessaire dans mon cas ?

La sélection de la bonne taille est la condition préalable d'un traitement optimal et d'une absence de troubles. Les pessaires anneaux medesign vont vendus en différentes tailles (de 45 à 100 mm) (de 50 à 100 mm). Le pessaire doit être choisi dans la taille la plus petite qui tienne encore bien.

En plus des pessaires anneaux ordinaires, il existe aussi un modèle épais. Le pessaire anneau épais est privilégié en particulier par les patientes âgées. L'anneau plus épais agrandit la surface d'appui et réduit ainsi le risque de lésions des tissus et de compressions lorsque le pessaire n'est pas changé tous les jours. Votre médecin déterminera la taille qu'il vous faut. Il introduit le pessaire et

vous vérifiez en sa présence s'il est bien en place. Pour ce faire, vous exercez des pressions, vous toussez et vous bougez. Le médecin va ensuite à nouveau contrôler la tenue du pessaire. Il doit toujours utiliser le plus petit pessaire qui tienne encore bien. Vérifiez que vous pouvez uriner sans problème une fois que le pessaire est introduit.

Au bout de quelques semaines ou mois, le médecin vérifiera s'il est éventuellement possible de passer à un pessaire de taille différente. Une adaptation individuelle est possible grâce aux différentes tailles. Pour obtenir une meilleure efficacité, le traitement se fait souvent avec des pessaires de tailles progressives.

Les pessaires anneaux medesign sont fabriqués dans une silicone conçu spécialement pour un usage médical et compatible avec les tissus. Si vous remarquez néanmoins une sensibilité, n'utilisez plus le pessaire et abordez la situation avec votre médecin.

Les pessaires anneaux normaux contiennent un insert métallique qui leur permet de garder leur forme. Les pessaires sont souples et faciles à plier ou comprimer. Ceci facilite particulièrement leur mise en place et leur retrait. Un pessaire ne peut être utilisé que par une seule patiente.

Comment puis-je introduire le pessaire anneau ?

On peut facilement mettre soi-même son pessaire en place. Vérifiez que le pessaire coupe tamis, pessaire anneau, pessaire cube, pessaire urinaire, pessaire cube tandem est intact, propre, non détérioré ni usé ni décoloré. En cas de dégradations ou d'altérations visibles de la surface, le pessaire doit être remplacé par un neuf. Vous devez poser le pessaire anneau dans le vagin le matin et le retirer le soir. Ceci permet aux tissus vaginaux sensibles de se reposer la nuit. Dans certains cas, le pessaire peut aussi rester en place la nuit ou être remplacé pour la nuit par un pessaire anneau éventuellement plus petit. Au lieu de changer elles-mêmes leur pessaire, de nombreuses femmes âgées le font plutôt faire par leur médecin. Il

faut toutefois le faire toutes les quatre à huit semaines. Respectez pour ce faire les instructions de votre médecin.

Avant de procéder à l'insertion du pessaire, lavez-vous les mains. Pour faciliter l'introduction, l'utilisation d'un gel lubrifiant, comme par exemple Ladysoft, a fait ses preuves. Appliquez la crème aux œstrogènes ou le gel suivant les besoins sur le sur le pessaire anneau.

Introduisez ensuite le pessaire anneau ou comprimé dans le vagin. Pour ce faire, il peut être nécessaire de poser une jambe sur le rebord du lit. Certaines femmes trouvent plus facile d'introduire le pessaire anneau en position accroupie ou couchée. Vous pouvez aussi vous pencher contre un mur avec les jambes légèrement écartées pour introduire le pessaire. Essayez un peu pour trouver la méthode la plus pratique pour vous.

Poussez le pessaire dans la position que votre médecin vous a montrée. Faites pour cela attention de rentrer l'anneau plié d'abord dans la voûte vaginale arrière. Poussez ensuite simplement la coupe vers le haut et vers l'avant. Le pessaire est bien posé s'il n'exerce pas de pression. Si le pessaire anneau n'est pas posé correctement, il ne peut pas exercer de fonction de soutien et glissera vers l'extérieur si une contrainte est exercée.

Comment retirer le pessaire anneau ?

Avant de retirer le pessaire, lavez-vous aussi les mains. Enduisez bien le vagin de gel lubrifiant Ladysoft. Attrapez l'anneau avec l'index et sortez le pessaire du vagin. N'utilisez pas d'autre accessoire pour retirer le pessaire anneau. Puis lavez-vous à nouveau les mains.

Nettoyage du pessaire

Une fois que vous avez enlevé le pessaire anneau lavez-le à l'eau tiède et -une solution savonneuse ou avec une lotion lavante douce comme par exemple Femsoft. Le rincer ensuite à fond et le laisser sécher. Une désinfection n'est normalement pas nécessaire. Après avoir nettoyé le pessaire, relavez-vous les mains.

En complément de la toilette et des soins de vos parties intimes, utilisez par exemple de la lotion pour toilette intime Femsoft. C'est une lotion lavante à base de lactosérum et d'ortie à faible pH (3,8 à 4). Puis lavez-vous à nouveau les mains.

Ne pas le nettoyer avec des produits chimiques.

Ne pas utiliser de détergent ménager ou de liquide vaisselle. Il n'est pas nécessaire de faire bouillir le pessaire. Ne le mettez pas au four micro-ondes.

Elimination des déchets

Les pessaires medesign sont fabriqués en silicium médical contrôlé et peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Le silicium n'est pas biodégradable et ne doit donc pas être jeté dans les toilettes.

Le pessaire anneau (fin) et le contiennent un insert métallique pour les stabiliser.

! Ce dernier peut perturber les résultats d'exams radiographiques, CT, IRM, etc. Le pessaire peut chauffer lors de ces exams et veuillez donc informer le médecin. Enlever le pessaire anneau (fin), le avant ces exams.



**Les contrindications de l'utilisation d'un pessaire
sont les infections du vagin et du col de l'utérus.**



**Positif en cas de contrôles de sécurité magnétiques.
Enlever éventuellement le pessaire anneau
(fin) et le avant un contrôle.**

Consignes d'utilisation

- Lisez et respectez le mode d'emploi.
- Application après instruction par du personnel médical.
- Durée d'utilisation ininterrompue sans contrôle médical: maximum 29 jours.
- Durée d'utilisation maxi sous contrôle médical : 2 à 3 cycles de 29 jours au maximum.
- Une réutilisation à plusieurs reprises est possible par la même patiente.
- La tolérance et la précision de la position du pessaire doit être vérifiée par échographie et/ou en interrogeant la patiente.
- Avant toute utilisation, vérifier que la surface du produit est intacte et propre. En cas de dégradations de la surface, le pessaire doit être remplacé par un neuf.
- Après chaque usage, il faut nettoyer mécaniquement le pessaire en le lavant à l'eau tiède avec une solution savonneuse puis le rincer à fond.
- Les cycles d'utilisation doivent être consignés par le médecin.
- pas l'utiliser pendant les règles et jamais en même temps qu'un tampon ou alors seulement après avoir consulté le médecin.
- Ne pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte.
- Ne pas l'utiliser en cas d'inflammations de la vessie, des voies urinaires ou du bassin.
- Les pessaires medesign ne contiennent pas de latex.

Produits complémentaires

Le gel lubrifiant Ladysoft: facilite l'introduction du pessaire

Lotion pour toilette intime Femsoft: pour nettoyage en douceur des parties intimes

La crème intime Femsoft: soigne et protège les parties intimes



Date limite d'utilisation



Numéro d'article (MED...)



Désignation de lot



Attention



Date de fabrication



Se conformer au mode d'emploi



Fabricant



Marquage CE avec numéro d'identification
0483 du service concerné

Pessaire anneau effilé**Taille****Numéro d'article**

Ø 45 mm	MED1001442
Ø 50 mm	MED1000100
Ø 55 mm	MED1000101
Ø 60 mm	MED1000102
Ø 65 mm	MED1000103
Ø 70 mm	MED1000104
Ø 75 mm	MED1000105
Ø 80 mm	MED1000106
Ø 85 mm	MED1000107
Ø 90 mm	MED1000108
Ø 95 mm	MED1000109
Ø 100 mm	MED1000434

Pessaire anneau épais**Taille****Numéro d'article**

Ø 50 mm	MED1000817
Ø 55 mm	MED1000818
Ø 60 mm	MED1000819
Ø 65 mm	MED1000820
Ø 70 mm	MED1000821
Ø 75 mm	MED1000822
Ø 80 mm	MED1000823
Ø 85 mm	MED1000824
Ø 90 mm	MED1000825
Ø 95 mm	MED1000826
Ø 100 mm	MED1000827

Contenu:

- 1 pessaire avec mode d'emploi
- 1 gel lubrifiant Ladysoft avec notice

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation ou si vous souhaitez nous faire part de vos expériences, écrivez-nous.



Pessario ad anello



Istruzioni per l'uso

A cosa serve il trattamento con i pessari?

I Pessari ad anello sono impiegati per il trattamento di talune forme di incontinenza (rilascio involontario di urina o di feci) o in caso di dolore provocato dall'abbassamento della vagina, dell'utero, della vescica o dell'intestino. Tali abbassamenti possono essere causati ad esempio da una lassità congenita dei tessuti, da carenze ormonali o successivamente a gravidanze o a parto. Con l'ausilio del pessario per cerchiaggio, abbinato a creme a base di estrogeni e ad attività fisica per il rafforzamento del supporto pelvico, spesso è possibile ridurre il dolore e utilizzare un pessario più piccolo o non utilizzarlo affatto.

Come agisce il pessario ad anello?

Il pessario medesign riposiziona gli organi nella posizione anatomicamente corretta e interviene in caso di caduta o di abbassamento di vagina, utero, vescica o intestino. La terapia con pessario è un'alternativa all'intervento chirurgico in caso di prolasso dell'utero e incontinenza.

Qual è il pessario corretto per me?

La scelta delle dimensioni corrette rappresenta il prerequisito essenziale per un trattamento ottimale e per l'assenza di dolore. I pessari ad anello medesign sono disponibili in diverse dimensioni (da 45 a 100 mm) (da 50 a 100 mm). Occorre scegliere il pessario più piccolo, che garantisca tuttavia una tenuta sicura.

Accanto ai normali pessari ad anello, è disponibile anche una versione di maggiore spessore. Lanello con maggiore spessore è preferito dalle pazienti più anziane, in quanto incrementa la superficie di appoggio e riduce in questo modo il pericolo di danneggiare i tessuti o di avvertire dolore da pressione, anche quando il pessario non viene sostituito tutti i giorni.

Il medico saprà indicare il pessario di dimensioni corrette. Lo inserirà e in sua presenza si procederà a verificare se è stato posizionato in maniera corretta.

Per effettuare tale verifica occorre eseguire movimenti di compressione, tosse e movimento, al termine dei quali il medico controllerà nuovamente se il pessario è in posizione. È necessario impiegare sempre il pessario più piccolo, che presenta tuttavia un'adeguata tenuta. Si fa presente che l'utilizzo del pessario non limita in alcun modo la capacità di urinare.

Dopo qualche settimana o mese il medico verificherà se è eventualmente possibile passare a un pessario di dimensioni inferiori. Grazie alle diverse dimensioni è possibile un adeguamento personalizzato. Per ottenere una maggiore efficacia, spesso si rende necessario effettuare il trattamento con pessari di dimensioni maggiori.

I pessari ad anello medesign sono realizzati in silicone flessibile e delicato sui tessuti interni, appositamente sviluppato per uso medico. Qualora si osservassero comunque reazioni da ipersensibilità si consiglia di non utilizzare più il pessario e di risolversi al proprio medico curante. I normali pessari ad anello contengono uno strato lavorato in metallo, che consente loro di mantenere la forma desiderata. I pessari sono flessibili e consentono di essere ripiegati o compresi senza alcuna difficoltà. Ciò agevola particolarmente l'inserimento e l'eliminazione del pessario. Il pessario può essere utilizzato da una sola paziente.

Come si introduce il pessario ad anello?

I pessari possono essere inseriti da sé. Verificare che il pessario a coppa, il pessario ad anello siano intatti, puliti, privi di colorazioni, danni o usura. In caso di danni visibili o di variazioni della superficie sarà necessario utilizzare un pessario nuovo. Il pessario ad anello deve essere inserito in vagina la mattina e tolto la sera. Ciò consente ai tessuti sensibili della vagina di riprendersi nel corso delle ore notturne. In casi particolari il pessario potrà essere tenuto anche di notte oppure sostituito per la notte da uno pessario a coppa di dimensioni più piccole durante il riposo notturno. Nelle pazienti più anziane la sostituzione del pessario potrà essere

effettuata dal medico. La sostituzione dovrà essere effettuata ogni quattro-otto settimane. A riguardo rispettare le indicazioni fornite dal medico.

Lavarsi le mani prima di effettuare l'inserimento del pessario. Per facilitare l'inserimento si consiglia di utilizzare un lubrificante, come ad. esempio Ladysoft. Se necessario applicare una crema o un gel a base di estrogeni sul pessario ad anello.

Ora inserire nella vagina il pessario ad anello. Per farlo può essere utile posizionare una gamba sul letto. Alcune donne trovano più semplice inserire il pessario ad anello a gambe piegate o sdraiate. In questo modo è possibile sollevare leggermente le gambe e appoggiarle a una parete per introdurre il pessario. Si consiglia di provare sino a individuare il metodo più pratico per voi.

Spingere il pessario nella posizione indicata dal medico. Prestare attenzione affinché il pessario ad anello piegato si posizioni inizialmente nell'incavo posteriore della vagina. Infine spingere semplicemente la coppa in avanti, verso l'alto.

Il pessario è posizionato correttamente se non esercita alcuna pressione. Il pessario ad anello non è posizionato correttamente se non esercita alcuna funzione di supporto e se scivola in caso di sforzo.

Come si toglie il pessario ad anello?

Lavarsi le mani anche prima di estrarre il pessario. L'area della vagina deve essere adeguatamente lubrificata con Ladysoft. Afferrare l'anello con il dito indice ed estrarlo dalla vagina. Non utilizzare alcun altro ausilio per estrarre il pessario ad anello. Infine lavarsi di nuovo le mani.

Pulizia del pessario

Dopo avere estratto il pessario ad anello lavarlo con acqua tiepida e una soluzione a base di sapone, oppure con una soluzione detergente delicata, come Femsoft. Infine sciacquarlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare. Di solito non occorre effettuare interventi di disinfezione.

Dopo avere lavato il pessario, lavarsi le mani. Per la cura e l'igiene delle parti intime si consiglia di utilizzare ad esempio la lozione Femsoft. Si tratta di una lozione detergente a base di siero e di ortica a basso pH (da 3,8 a 4). Infine lavarsi nuovamente le mani.



**Non utilizzare detergenti chimici.
Non utilizzare detergenti né detersivi
destinati a uso domestico.**

**Non è necessario sterilizzare in acqua il pessario.
Non inserirlo nel microonde.**

Smaltimento

I pessari medesign sono realizzati in silicone clinicamente testato e possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Il silicone non è biodegradabile e pertanto non deve essere gettato nello scarico.

**Il pessario ad anello (sottile) contiene
un'anima in metallo, che lo stabilizza.**



**Ciò può influenzare negativamente gli esiti di
radiografie, TAC, RMN, ecc. Nel corso di tali esami il
pessario potrebbe riscaldarsi. Informarne il medico.**

**Togliere il pessario ad anello (sottile)
prima di sottoporsi a tali esami.**



Controindicazioni per l'utilizzo del pessario sono
infezioni di vagina e cervice.



Positivo ai controlli di sicurezza magnetici.
Eventualmente togliere il pessario ad anello
(sottile) prima di sottoporsi al controllo.

Avvertenze per l'uso

- Leggere e osservare attentamente le istruzioni per l'uso.
- Utilizzo secondo le istruzioni fornite dal personale specializzato.
- Periodo di utilizzo ininterrotto senza controlli medici: max. 29 giorni.
- Periodo max di utilizzo con controllo medico: 2-3 cicli da max. 29 giorni ciascuno.
- È consentito il riutilizzo sulla medesima paziente.
- La compatibilità e la correttezza della posizione del pessario deve essere verificata tramite ecografia e/o chiedendo alla paziente.
- Prima di ciascun utilizzo deve essere verificata l'integrità e la pulizia della superficie. In caso di modifiche superficiali, sostituire il pessario con uno nuovo.
- Dopo ciascun utilizzo il pessario deve essere lavato con acqua tiepida e soluzione a base di sapone e infine risciacquato accuratamente.
- Il medico dovrà documentare i cicli di utilizzo.
- Non utilizzare mai nel corso del periodo mestruale né assieme a un tamponcino interno o senza rivolgersi al proprio medico.
- Non utilizzare in gravidanza o qualora si sospetti una presunta gravidanza.
- Non utilizzare in presenza di infiammazioni della vescica, delle vie urinarie o della vagina.
- I pessari medesign non contengono lattice.

Prodotti complementari

Gel lubrificante Ladysoft: facilita l'inserimento del pessario

Lozione detergente intima Femsoft: pulizia delicata delle parti intime

Crema intima Femsoft: cura e protegge le parti intime



Da utilizzarsi entro il



Numero di lotto



Data di fabbricazione



Fabbricante



Numero articolo (MED...)



Attenzione



Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso



Simbolo CE con numero di identificazione
0483 del centro interessato

Pessario ad anello sottile**Dimensioni**

Ø 45 mm	MED1001442
Ø 50 mm	MED1000100
Ø 55 mm	MED1000101
Ø 60 mm	MED1000102
Ø 65 mm	MED1000103
Ø 70 mm	MED1000104
Ø 75 mm	MED1000105
Ø 80 mm	MED1000106
Ø 85 mm	MED1000107
Ø 90 mm	MED1000108
Ø 95 mm	MED1000109
Ø 100 mm	MED1000434

Pessario ad anello spesso**Dimensioni**

Ø 50 mm	MED1000817
Ø 55 mm	MED1000818
Ø 60 mm	MED1000819
Ø 65 mm	MED1000820
Ø 70 mm	MED1000821
Ø 75 mm	MED1000822
Ø 80 mm	MED1000823
Ø 85 mm	MED1000824
Ø 90 mm	MED1000825
Ø 95 mm	MED1000826
Ø 100 mm	MED1000827

Contenuto:

1 pessario contraccettivo con istruzioni per l'uso

1 gel lubrificante con istruzioni per l'uso

In caso di domande sull'uso o per
comunicarci le vostre esperienze, scriveteci.



Pesario anular



Instrucciones de uso

¿Para qué sirve el tratamiento de pesario?

Los pesarios anulares sirven para tratar determinadas formas de incontinencia (escape involuntario de orina o de heces) y, en caso de presentar síntomas causados por un descenso de la vagina el útero, la vejiga o el intestino. Estos descensos pueden deberse, p.ej. a la debilidad del tejido conjuntivo por falta de hormonas tras la menopausia o bien, causada por embarazos o partos. Con ayuda del tratamiento con pesario, favorecido por cremas con estrógeno y el fortalecimiento del suelo pélvico mediante ejercicios es posible mejorar frecuentemente los síntomas de forma que pueda cambiarse a un pesario pequeño o incluso, suspender su uso.

¿Cuáles son los efectos pesario anular?

El pesario medesign recoloca los órganos en la posición anatómica correcta y evita la aparición de síntomas o bien, el descenso de la vagina, el útero, la vejiga o el intestino. La terapia de pesario es una alternativa a la operación para evitar el descenso del útero y la incontinencia.

¿Cuál es el pesario que más me conviene?

La elección del tamaño correcto es requisito para un tratamiento óptimo y la resolución de los síntomas. Los pesarios anulares medesign están disponibles en varios tamaños (de 45 a 100 mm) (de 50 a 100 mm).

El pesario debe elegirse en el tamaño más pequeño que consiga el soporte con seguridad.

Además de los pesarios anulares normales también existe un modelo grueso. El pesario anular grueso se recomienda en particular a pacientes añosas. El anillo grueso aumenta la superficie de soporte, con lo que disminuye el peligro

de daños en los tejidos y síntomas de presión incluso si el pesario no se cambia diariamente.

Su médico le informará del tamaño correcto para usted. Insertará el pesario y usted comprobará en su cuerpo si se asienta correctamente. Para ello, presione, tosa y muévase. A continuación, el médico volverá a comprobar la colocación del pesario. Siempre debería utilizarse el pesario más pequeño que consiga llevar a cabo la función de soporte. Asegúrese de que con el pesario colocado pueda salir agua sin problemas.

Después de algunas semanas o meses, el médico comprobará si puede cambiar a un tamaño de pesario distinto. Los distintos tamaños permiten una adaptación individualizada. Para conseguir una mayor eficacia, el tratamiento se realiza frecuentemente con tamaños crecientes de pesarios.

Los pesarios de cerclaje medesign uretra, pesarios de cubo, pesarios anulares, pesarios de diafragma perforado han sido fabricados en una silicona especialmente creada para el uso médico que es flexible y compatible con los tejidos. Si, a pesar de ello, sintiera algún tipo de sensibilidad, no siga utilizando el pesario y consulte la situación con su médico. Los pesarios anulares normales contienen un inserto de metal integrado que les otorga resistencia. Los pesarios son flexibles y pueden doblarse o replegarse sin problemas. Esto facilita especialmente la inserción y retirada de los pesarios. El pesario solo debe ser utilizado por una paciente.

¿Cómo insertar el pesario anular?

Los pesarios pueden auto-insertarse de forma óptima. Revise el pesario de diafragma perforado, pesario anular, pesario de dado, pesario de uretra, pesario de dado tandem para comprobar su buen estado, limpieza, decoloración, daños y desgaste. Ante cualquier daño o variación de la superficie, el pesario debe sustituirse por otro nuevo.

Debe introducir el pesario anular por la mañana por vía vaginal y por la noche debe retirarlo. Esto permitirá al tejido vaginal descansar durante la noche. En

casos especiales, el pesario puede permanecer colocado durante la noche o bien, sustituirse por la noche por otro pesario anular.

En lugar de cambiar por sí mismas el pesario, muchas de las pacientes de más edad dejan que el médico realice esta tarea. Es necesario realizar el cambio cada cuatro a ocho semanas. Obedezca en este sentido las instrucciones de su médico.

Antes de colocar el pesario debería lavarse las manos. Para facilitar la introducción se recomienda el uso de lubricante, p.ej. el Ladysoft. Si fuera preciso, puede aplicar crema con estrógenos o el gel al pesario anular.

A continuación, introduzca el pesario anular a través de la vagina. Para ello puede ser de ayuda colocar una pierna p.ej. sobre el borde de la cama. A algunas mujeres les resulta más fácil insertar el pesario anular en sentadillas o reclinadas. También puede reclinarse contra la pared con las piernas extendidas e insertar el pesario. Probando encontrará el método más conveniente para usted.

Inserte el pesario en la posición que le ha mostrado el médico. Procure que el pesario de anillo plegado quede insertado primero al fondo de la cavidad vaginal. A continuación, desplácelo hacia delante. El pesario queda colocado correctamente cuando no oprima. Si el pesario anular no está correctamente colocado, no podrá ejercer una función de apoyo y, en caso de sufrir algún esfuerzo, puede resbalar y salirse.

¿Cómo retiro el pesario anular?

También antes de retirar el pesario debería lavarse las manos. Recubra la superficie de la vagina con una generosa cantidad de gel lubricante Ladysoft.

Retire el anillo con el dedo índice y extraiga el pesario de la vagina. No utilice otros medios auxiliares para extraer el pesario anular. A continuación, lávese las manos de nuevo.

Limpieza del pesario

Después de retirar el pesario anular límpielo con agua -templada y solución jabonosa o con una loción suave como, p.ej. Femsoft. A continuación, lavar y dejar secar. Generalmente no es necesario llevar a cabo la desinfección. Después de limpiar el pesario, lávese de nuevo las manos.

Para favorecer la limpieza y el cuidado de su zona íntima, utilice p.ej. la loción de higiene íntima Femsoft. Una loción limpiaadora especialmente creada con base de lactosuero y ortiga romana de pH bajo (3,8 a 4). A continuación, lávese las manos de nuevo.



- No limpiar con sustancias químicas.**
- No utilice limpiadores domésticos ni lavavajillas.**
- No es necesario hervir el pesario.**
- No debe introducirlo en el microondas.**

Eliminación

Los pesarios medesign están hechos de silicona médica testada y pueden eliminarse junto con la basura doméstica. La silicona no es biodegradable, por lo que no debe eliminarse a través del WC.

El pesario anular (fino) contiene para la estabilización un inserto de metal.



Esto puede influir negativamente los resultados de un examen, p.ej. una radiografía, TC, resonancia magnética, etc.. El pesario puede calentarse durante estos exámenes, consulte a su médico. Retirar el pesario anular (fino) antes de llevar a cabo cualquier examen.



Las contraindicaciones al uso del pesario son infecciones vaginales o de la cérvix.



**Positivo en controles de seguridad magnéticos.
Pesario anular (fino), pesario de uretra retirar
antes de la revisión, si fuera preciso.**

Indicaciones de aplicación

- Lea y obedezca las instrucciones de uso.
- Uso e instrucción por personal sanitario especializado.
- Período de uso ininterrumpido sin control médico: máximo 29 días.
- Intervalo máximo de uso bajo control médico: de 2 a 3 ciclos con un máximo de 29 días por ciclo.
- Puede utilizarse varias veces en la misma paciente.
- La compatibilidad y la corrección de la ubicación del pesario debe asegurarse mediante ultrasonido y/o consulta con la paciente.
- Antes de cada uso, el producto debe revisarse para comprobar que no presenta daños y que se encuentra en buen estado de limpieza en su superficie. Ante cualquier variación de la superficie, el pesario debe sustituirse por otro nuevo.
- Despues de cada uso, el pesario debe limpiarse mecánicamente con agua templada y solución jabonosa y, a continuación, enjuagarse.
- Los ciclos de uso deben ser documentados por el médico.
- No utilizar durante la menstruación y nunca junto con un tampón o consultar con su médico.
- No utilizar si está embarazada o si sospecha que lo está.
- No utilizar si presenta inflamación de la vejiga, la uretra o el útero.
- Los pesarios medesign están libres de látex.

Productos complementarios

Gel lubricante Ladysoft: facilita la colocación del pesario

Loción de lavado íntimo Femsoft: limpieza suave de la zona íntima

Crema íntima Femsoft: cuida y protege la zona íntima



Fecha de caducidad



Número de artículo (MED...)



Denominación de lote



Atención



Fecha de fabricación



Observar el manual de instrucciones



Fabricante



Distintivo CE con número de identificación
0483 del organismo notificado

Pessario anular fino



Tamaño Número de artículo

ø 45 mm	MED1001442
ø 50 mm	MED1000100
ø 55 mm	MED1000101
ø 60 mm	MED1000102
ø 65 mm	MED1000103
ø 70 mm	MED1000104
ø 75 mm	MED1000105
ø 80 mm	MED1000106
ø 85 mm	MED1000107
ø 90 mm	MED1000108
ø 95 mm	MED1000109
ø 100 mm	MED1000434

Pessario anular grueso



Tamaño Número de artículo

ø 50 mm	MED1000817
ø 55 mm	MED1000818
ø 60 mm	MED1000819
ø 65 mm	MED1000820
ø 70 mm	MED1000821
ø 75 mm	MED1000822
ø 80 mm	MED1000823
ø 85 mm	MED1000824
ø 90 mm	MED1000825
ø 95 mm	MED1000826
ø 100 mm	MED1000827

Contenido:

- 1 pessario con manual de instrucciones
- 1 gel lubricante Ladysoft con manual de instrucciones

Si tiene alguna duda sobre el uso o nos desea comunicar sus experiencias, no dude en escribirnos.

Halka peser



Kullanma Talimatları



Peser tedavisi neye yarar?

Halka peserler belirli enkontinans (istemsiz idrar veya gaita kaçırma) türlerinin tedavisinde ve dölyolunda, rahimde, mesanede veya bağırsakta düşme/sarkma şikayetlerinin tedavisinde kullanılır. Bu düşmeler/sarkmalar, sözgelimi doğuştan bağ dokusu zayıflığından, menopoz sonrası hormon eksikliğinden veya yapılan doğumlardan kaynaklanabilir. Östrojen içeren kremlerle ve pelvik taban egzersizleriyle desteklenen peser tedavisi yardımıyla çoğunlukla şikayetlerde azalma görülür, daha küçük bir pesere geçilebilir veya peserden tamamen vazgeçilebilir.

Halka peser nasıl işlev görür?

medesign peser, organları anatomik açıdan doğru yerlerine geri döndürür ve vakayı veya dölyolu, rahim, mesane veya bağırsak düşmesini/sarkmasını giderir. Peser tedavisi, desensus uteri (rahim düşmesi) ve enkontinansa (istemsiz olarak idrar veya gaita kaçırma) karşı, cerrahiye alternatif bir tedavidir.

Hangi peser bana uygun?

Optimum tedavi sağlanması ve şikayetlerin giderilmesi için, doğru boyutun seçilmesi şarttır. medesign halka peserleri çeşitli boyutlarda (45 ilâ 100 mm) (50 ilâ 100 mm) sunulur. Güvenli bir şekilde tutan en küçük boyuttaki peser seçilmelidir.

Normal halka peserlerden ayrıca, bir de kalın versiyonu vardır. Kalın halka peser özellikle yaşlı hastalarda tercih edilir. Kalın halka, oturma yüzeyini artırır ve böylelikle, peser her gün değiştirilmese bile doku zedelenmesi ve basınç şikayeti ihtimalini azaltır.

Doktorunuz, sizin için doğru boyutu belirleyecektir. Doktorunuz peseri yerleştirir ve siz de onun gözlemi altında, peserin tam oturup oturmadığını kontrol edersiniz. Bunun için, ikinin, öksürün ve hareket edin. Ardından doktor peserin oturup

oturmadığını yeniden kontrol eder. Daima, uyan en küçük peser kullanılmalıdır. Peser takılıyken idrarınızı sorunsuz bir şekilde yapabildiğinizden emin olun. Birkaç haftadan birkaç aya kadar bir süre içinde doktor, gerekirse başka boyutta bir pesere geçilebilip geçilemeyeceğini kontrol edecektir. Mevcut olan farklı boyutlar sayesinde, kişiye tam uyan peserin kullanılması mümkün olur. Daha iyi sonuç almak için tedavi çoğunlukla peser boyutunu aşamalı olarak artırarak yapılır.

medesign halka peserleri özel olarak tıbbi kullanım için geliştirilmiş olan, esnek ve doku dostu bir silikondan yapılmıştır. Yine de bir hassasiyet fark ederseniz, peseri kullanmaktan vazgeçin ve durumu doktorunuzla görüşün. Normal üretra peserlerinin ve halka peserlerin içine entegre edilmiş bir metal yapı, bu peserlerin şeklinin bozulmamasını sağlar. Peserler esnekir ve kolayca katlanıp sıkıştırılabilir. Bu sayede peserlerin takılması ve çıkartılması gayet kolaydır. Bir peser sadece tek bir hasta tarafından kullanılmalıdır.

Halka peseri nasıl takacağım?

Peserleri kendiniz de kolayca takabilirsiniz. Halka peserin sağlam, temiz durumda olup olmadığını, peserde renk değişikliği, hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Üzerinde gözle fark edilebilir hasar veya değişiklik varsa, peserin yenisile değiştirilmesi gereklidir.

Halka peseri dölyolunuza sabahları takıp akşam tekrar çıkartmalısınız. Böylece, hassas dölyolu dokusu, gece boyunca kendini toplayacaktır. Bazı özel durumlarda peser geceleri de takılı kalabilir veya gerekiyorsa daha küçük bir halka peserle değiştirilebilir. Yaşlı hastalardan birçoğu, peseri kendileri değiştirmektense, değiştirme işini doktorlarına bırakır. Bu durumda peserin dört ilâ sekiz haftada bir değiştirilmesi gereklidir. Bu konuda doktorunuzun tavsiyesine uygun.

Peseri yerleştirmeden önce ellerinizi yıkayın. Takmayı kolaylaştmak için, sözgelimi Ladysoft gibi bir kayganlaştırıcı madde kullanılması yaygın bir uygulamadır. Gerekiyorsa halka peserin üstüne östrojen içeren bir krem veya jel sürünen.

Halka peseri dölyoluna sokun. Bu sırada bir ayağınızı sözgelimi yatağın kenarına koymak, işlemi kolaylaştırabilir. Bazı kadınlar halka peseri çömelmiş durumdayken veya yatar durumdayken daha rahat takar. İsterseniz peseri, bacaklarınızı biraz açıp bir duvara yaslanarak da takabilirsiniz. Biraz denemeyle, size en rahat gelen yöntemi bulabilirsiniz.

Peseri, doktorunuzun size gösterdiği konuma itin. Bu sırada, katlanmış durumdaki halka peserin önce dölyolu kubbesinin arka kısmına oturmasına dikkat edin. Ardından peseri yukarıya ve öne doğru itin. Peser baskı yapmıyorsa doğru oturmuş demektir. Halka peser doğru yerleştirilmediğinde koruyucu işlevini yerine getiremez ve zorlandığında yerinden kayar.

Halka peseri nasıl çıkartırırm?

Peseri çıkartmadan önce de ellerinizi yıkayın. Dölyolunuza Ladysoft kayganlaştırıcı jelle iyice ıslatın. Halka peseri işaret parmağınızla yakalayın ve çekip dölyolunuzdan çıkartın. Halka peseri çıkartırken başka herhangi bir malzeme kullanmayın. Ardından tekrar ellerinizi yıkayın.

Peserin temizliği nasıl yapılır?

Halka peseri çıkarttıktan sonra ılık su ve sabun çözeltisiyle veya yumuşak bir temizlik losyonuyla, sözgelimi Femsoft ile temizleyin. Ardından iyice durulayıp kurumaya bırakın. Normalde dezenfeksiyon gerekmeyez. Peseri temizledikten sonra yeniden ellerinizi yıkayın.

Genital bölgelerinizin destekleyici temizliği için, sözgelimi Femsoft genital temizlik losyonu kullanabilirsiniz. Bu losyon, kesilmiş süt suyu ve ısrarcı otu bazlı, düşük pH değerine (3,8 ile 4) sahip bir yıkama losyonudur. Ardından tekrar ellerinizi yıkayın.



**Kimyasal maddelerle temizlemeyin.
Ev temizlik maddesi veya bulaşık deterjanı kullanmayın. Peserin kaynatılması gerekmeyez.
Mikrodalga fırına koymayın.**

Elden çıkarma

medesign peserleri, test edilmiş tıbbi silikonundan üretilmiştir ve ev çöpüne atılabilir. Silikon, biyolojik olarak ayırmaz; o yüzden tuvalete atılmamalıdır.



Şeklinin bozulmaması için, halka peserin (ince) içinde metal bir bölüm vardır.

Bu metal, röntgen, CT, MR vb. çekimlerini olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu çekimler sırasında peser ısınabilir. Doktorunuza peser takılı olduğunu söyleyin.

Cekimlerden önce halka peseri (ince) çıkartın.



Peser kullanımının kontrendikasyonları, dölyolu ve rahim boynu enfeksiyonlarıdır.



Manyetik güvenlik kontrol noktalarında sinyal verilmesine neden olur. Gerekirse üretra peserini kontrol noktasından geçmeden önce çıkartın.

Kullanma şekli

- Kullanma talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.
- Uzman tıp personelinin talimatıyla kullanılır.
- Doktor kontrolü yapılmaksızın kesintisiz kullanma süresi: azami 29 gün.
- Doktor kontrolünde azami kullanma süresi: 29'ar günlük 2 ilâ 3 tur.
- Aynı hastada birden çok kez kullanılabilir.
- Hastanın peseri iyi tolere edip etmediği ve peserin konumunun doğru olup olmadığı, ultrasonla ve/veya hastanın dinlenmesi suretiyle belirlenmelidir.
- Her kullanımından önce ürünün sağlam durumda ve yüzeyinin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yüzeyinde değişiklik varsa, peserin yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
- Peser, her kullanımından sonra mekanik olarak ılık suyla ve sabun çözeltisiyle temizlenmeli, ardından iyice durulanmalıdır.
- Kullanım çevrimleri doktor tarafından kayıt altına alınmalıdır.
- Doktor tarafından özellikle belirtilemediği sürece, âdet kanaması sırasında kullanmayın ve asla tamponla birlikte kullanmayın.
- Gebeyseniz veya gebe olduğunuzu tahmin ediyorsanız kullanmayın.
- Mesane, idrar yolları veya dölyolu enfeksiyonlarında kullanmayın.
- medesign peserleri lâteks içermez.

Tamamlayıcı ürünler

Ladysoft kayganlaştırıcı jel: peserin yerleştirilmesini kolaylaştırır

Femsoft genital temizlik losyonu: genital bölgenin nazikçe temizlenmesini sağlar

Femsoft genital krem: genital bölgenin bakımını ve korunmasını sağlar



Son kullanma tarihi



Ürün numarası (MED...)



Son kullanma tarihi



Dikkat



Üretim tarihi



Kullanma talimatlarına uygun



Üretici



Yetkili makamın tanıtım numarasını
içeren CE işaretü

Halka peser ince**Boyut**

Ø 45 mm	MED1001442
Ø 50 mm	MED1000100
Ø 55 mm	MED1000101
Ø 60 mm	MED1000102
Ø 65 mm	MED1000103
Ø 70 mm	MED1000104
Ø 75 mm	MED1000105
Ø 80 mm	MED1000106
Ø 85 mm	MED1000107
Ø 90 mm	MED1000108
Ø 95 mm	MED1000109
Ø 100 mm	MED1000434

Ürün numarası**Halka peser ince****Boyut**

Ø 50 mm	MED1000817
Ø 55 mm	MED1000818
Ø 60 mm	MED1000819
Ø 65 mm	MED1000820
Ø 70 mm	MED1000821
Ø 75 mm	MED1000822
Ø 80 mm	MED1000823
Ø 85 mm	MED1000824
Ø 90 mm	MED1000825
Ø 95 mm	MED1000826
Ø 100 mm	MED1000827

İçerik:

1 peser ve kullanma talimatnamesi

1 Ladysoft kayganlaştırıcı jel ve kullanma talimatnamesi

Ürünün kullanımı hakkında sorularınız varsa veya deneyimlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, bize yazın.



Pessar pierścieniowy



Instrukcja użytkowania

Jaki jest cel leczenia pessarem?

Pessary pierścieniowe są stosowane w leczeniu określonych form nietrzymania moczu i stolca (mimowolne oddawanie moczu lub stolca) lub podczas dolegliwości powodowanych obniżeniem pochwy, macicy, pęcherza lub jelita. Obniżenie powyższych organów może być spowodowane przez np. wrodzone osłabienie tkanki łącznej, niedobór hormonów po okresie menopauzy lub przebyte ciążę i porody. Dzięki leczeniu z użyciem pessara, któremu towarzyszą ćwiczenia dna miednicy i ew. zastosowanie kremu na bazie estrogenu, udaje się często uzyskać trwałą redukcję dolegliwości, co pozwala zrezygnować z konieczności zakładania pessara.

Jak działa pessar?

Pessar firmy medesign powoduje przemieszczenie organów w ich właściwe położenie anatomiczne, przeciwdziałając wypadaniu lub obniżeniu pochwy, macicy, pęcherza lub jelita. Leczenie z zastosowaniem pessara stanowi alternatywę dla zabiegów operacyjnych, jakim poddawane są osoby cierpiące na obniżenie macicy lub nietrzymanie moczu.

Który pessar jest dla mnie najodpowiedniejszy?

Dobór właściwego rozmiaru jest warunkiem optymalnego leczenia i wyeliminowania dolegliwości. Pessary pierścieniowe firmy medesign oferowane są w różnych rozmiarach i wersjach (45 do 100 mm). Należy wybrać pessar w najmniejszym rozmiarze, zdolnym jeszcze zapewnić właściwe utrzymanie organów.

Oprócz pessarów pierścieniowych standardowych rozmiarów występują również wersje grubsze. Pessar pierścieniowy gruby preferowany jest w szczególności przez starsze pacjentki. Grubszy pierścień zwiększa powierzchnię przylegania, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanki i wystąpienia

dolegliwości uciskowych również wtedy, kiedy wymiana pessara nie następuje codziennie.

Lekarz określa rozmiar pessara odpowiedni dla danej pacjentki. Lekarz umieszcza pessar w pochwie, a pacjentka w jego obecności sprawdza, czy jest on prawidłowo osadzony. Sprawdzenie następuje poprzez wykonywanie czynności parcia, kaszlu i poruszania się. Na zakończenie lekarz ponownie sprawdza osadzenie pessara. Zawsze należy wybrać pessar w najmniejszym rozmiarze, zdolnym jeszcze zapewnić właściwe utrzymanie organów. Należy również pamiętać, że założony pessar nie powoduje żadnych utrudnień w oddawaniu moczu.

Po kilku tygodniach lub miesiącach lekarz sprawdza ew. możliwość wymiany pessara na inny rozmiar. Dostępne są różne rozmiary, co powoduje możliwość indywidualnego dopasowania. W celu osiągnięcia lepszej skuteczności leczenie odbywa się często z zastosowaniem pessarów w progresywnych rozmiarach. Pessary pierścieniowe firmy medesign wykonane są z elastycznego i delikatnego silikonu, opracowanego specjalnie do zastosowań medycznych. Jednak w razie stwierdzenia nadwrażliwości należy przerwać stosowanie i omówić dany problem ze swoim lekarzem. Standardowe pessary pierścieniowe zawierają wewnętrzny rdzeń metalowy (sprzęynę), który zabezpiecza je przed odkształcaniem. Pessary są elastyczne, można je zginać lub ściskać. Dzięki temu bardzo łatwo je zakładać i wyjmować z pochwy. Pessar służy wyłącznie do osobistego, indywidualnego użytku.

W jaki sposób zakładam pessar pierścieniowy?

Pessar można zakładać samodzielnie. Sprawdzić, czy pessar pierścieniowy nie jest uszkodzony, zabrudzony, przebarwiony lub zużyty. W przypadku widocznych uszkodzeń czy zmian powierzchniowych należy pessar wymienić na nowy.

Pessar pierścieniowy należy wprowadzać do pochwy rano, a wyjmować wieczorem. Dzięki temu delikatna tkanka pochwy może zregenerować się podczas odpoczynku nocnego. W szczególnych przypadkach można pozostawić pessar również na noc lub ew. wymienić go na ten czas na pessar o mniejszym rozmiarze.

Wiele pacjentek w starszym wieku nie wymienia pierścienia samodzielnie, lecz zleca wymianę swojemu lekarzowi. Taka wymiana jest wymagana co cztery do ośmiu tygodni. Przestrzegać w tym zakresie wskazówek swojego lekarza. Przed założeniem pessara należy umyć ręce. Aby ułatwić wprowadzenie pessara można użyć środka poślizgowego, np. Ladysoft. W razie potrzeby nanieść krem lub żel estrogenowy na pessar pierścieniowy.

Następnie wsunąć złożony lub ściśnięty pessar w pochwę. Pomocne może być podniesienie nogi i położenie np. na krawędzi łóżka. Dla niektórych kobiet ułatwieniem jest założenie pierścienia w pozycji kucznej lub leżącej. Można również oprzeć się o ścianę z lekko rozstawionymi nogami i wtedy wprowadzić pessar do pochwy. Należy wypróbować powyższe sposoby, aby wybrać dla siebie najdogodniejszą metodę.

Wsunąć pessar w położenie zgodne z instrukcjami lekarza. Zwrócić przy tym uwagę, aby złożony pierścień umieścić najpierw przy tylnym sklepieniu pochwy. Następnie wystarczy przesunąć go do przodu w góre. Pessar jest prawidłowo osadzony wtedy, jeśli nie powoduje odczucia uciskania. Jeżeli pessar pierścieniowy nie został prawidłowo umieszczony, wówczas nie będzie spełniał on swojej funkcji podparcia i wysunie się podczas wysiłku fizycznego.

W jaki sposób wyjmuję pessar pierścieniowy?

Przed wyjęciem pessara również należy umyć ręce. Zwilżyć okolice pochwy dużą ilością żelu poślizgowego Ladysoft. Uchwycić pierścień palcem wskazującym i wyjąć pessar z pochwy. Nie używać żadnych innych środków pomocniczych w celu wyjęcia pessara. Na koniec ponownie umyć ręce.

Czyszczenie pessara

Po wyjęciu należy pessar umyć letnią wodą z mydłem lub łagodnym lotionem do mycia, np. Femsoft. Następnie dobrze wypłukać i osuszyć. Zwykle dezynfekcja nie jest konieczna. Po wyczyszczeniu pessara ponownie umyć ręce.

Do wspomagającej pielęgnacji i higieny intymnej zalecamy użycie np. Lotionu do mycia okolic intymnych Femsoft, który jest preparatem do mycia specjalnie opracowanym na bazie serwatki i pokrzywy, charakteryzującym się niską wartością pH (od 3,8 do 4). Na koniec ponownie umyć ręce.



Nie czyścić środkami chemicznymi.

Nie używać detergentów i płynów do mycia.

Wygotowanie pessara nie jest konieczne.

Nie wkładać pessara do kuchenki mikrofalowej.

Utylizacja

Pessary firmy medesign są wykonane z atestowanego silikonu medycznego i można je usuwać razem z normalnymi odpadami domowymi. Silikon nie ulega biodegradacji, dlatego nie należy go wyrzucać do toalety.

Pessar pierścieniowy (cienki) zawiera stabilizujący rdzeń metalowy.



Może on wpływać negatywnie na wyniki badań RTG, CT, MRT itp. Pessar może nagrzewać się podczas przeprowadzania tych badań – należy to skonsultować ze swoim lekarzem.

Pessar pierścieniowy (cienki) należy usunąć przed przeprowadzeniem powyższych badań.



Przeciwskazaniem do użycia pessara jest infekcja pochwy i szyjki macicy.



Pierścień daje wynik pozytywny podczas magnetycznych kontroli bezpieczeństwa.
Pessar pierścieniowy (cienki) należy ew. usunąć przed przeprowadzeniem takiej kontroli.

Wskazówki dotyczące stosowania

- Przeczytać i przestrzegać zaleceń instrukcji użycia.
- Stosować zgodnie z instrukcjami specjalistycznego personelu medycznego.
- Nieprzerwany okres użycia bez kontroli lekarskiej: maksymalnie 29 dni.
- Maks. okres użycia pod stałą kontrolą lekarską: 2 do 3 cykli po maks. 29 dni.
- Możliwe wielokrotne użycie u tej samej pacjentki.
- Kontrolować tolerancję i prawidłowe ułożenie pessara poprzez badanie USG i/lub wywiad z pacjentką.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy powierzchnia produktu nie jest uszkodzona i zabrudzona. W przypadku zmian powierzchniowych należy pessar wymienić na nowy.
- Po każdym użyciu należy umyć pessar mechanicznie letnią wodą z mydłem, a następnie dobrze wypłukać.
- Lekarz winien prowadzić dokumentację stosowania.
- Nie używać podczas menstruacji, nigdy nie stosować razem z tamponem; ewentualnie skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować podczas ciąży lub podejrzenia ciąży.
- Nie stosować w przypadku zapalenia pęcherza, dróg moczowych lub pochwy.
- Pessary firmy medesign nie zawierają lateksu.

Produkty uzupełniające

Żel poślizgowy Ladysoft: ułatwia zakładanie pessara

Lotion do mycia okolic intymnych Femsoft: delikatne mycie stref intymnych

Krem do higieny intymnej Femsoft: pielęgnuje i chroni okolice intymne



Data ważności



Oznaczenie partii



Data produkcji



Producent



Numer artykułu



Uwaga



Przestrzegać instrukcji użycia



Znak CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
0483

Pessar pierścieniowy cienki	Rozmiar	Numer artykułu
-----------------------------	---------	----------------



ø 45 mm	MED1001442
ø 50 mm	MED1000100
ø 55 mm	MED1000101
ø 60 mm	MED1000102
ø 65 mm	MED1000103
ø 70 mm	MED1000104
ø 75 mm	MED1000105
ø 80 mm	MED1000106
ø 85 mm	MED1000107
ø 90 mm	MED1000108
ø 95 mm	MED1000109
ø 100 mm	MED1000434

Pessar pierścieniowy gruby	Rozmiar	Numer artykułu
----------------------------	---------	----------------



ø 50 mm	MED1000817
ø 55 mm	MED1000818
ø 60 mm	MED1000819
ø 65 mm	MED1000820
ø 70 mm	MED1000821
ø 75 mm	MED1000822
ø 80 mm	MED1000823
ø 85 mm	MED1000824
ø 90 mm	MED1000825
ø 95 mm	MED1000826
ø 100 mm	MED1000827

W komplecie:

- 1 pessar z instrukcją użycia
- 1 żel poślizgowy Ladysoft z instrukcją użycia

Prosimy o kontakt w razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania lub własnych spostrzeżeń podczas użytkowania.



Кольцевые пессарии



Руководство по применению

Показания к применению пессария

Кольцевые пессарии используются для лечения определенных форм недержания (непроизвольного выделения мочи или кала) и дискомфорта, вызванного опущением влагалища, матки, мочевого пузыря или петель кишечника. Такие опущения могут быть вызваны, например, врожденной слабостью соединительной ткани, гормональной недостаточностью после менопаузы или беременностью и родами. Применение пессария в ходе лечения параллельно с упражнениями для укрепления мышц органов малого таза и, при необходимости, применением кремов, содержащих эстроген, в большинстве случаев устраняет симптомы, что позволит отказаться от ношения пессария.

Для чего служит пессарий

Пессарий medesign способствует правильному размещению внутренних органов, а также препятствует опущению влагалища, матки, мочевого пузыря или петель кишечника. Лечение с помощью пессария является альтернативой операционному вмешательству в случаях опущения матки и недержания.

Как правильно выбрать пессарий

Выбор правильного размера является необходимым условием результирующего лечения и предупреждения симптомов. Существуют различные размеры (от 45 до 100 мм) и конструкции кольцевых пессарев medesign. Рекомендуется выбирать пессарий наименьшего размера, который держится.

Помимо обычных, существуют толстые кольцевые пессарии. Такие пессарии наиболее популярны среди пожилых пациентов. Более толстое

кольцо повышает площадь контактной поверхности, что снижает риск некроза тканей в результате давления кольца, а также в том случае, если пессарий не меняется ежедневно.

Ваш врач определит правильный размер для вас. После введения кольца вам необходимо убедиться в присутствии врача, что пессарий поставлен правильно. Для этого нужно потужиться, покашлять, подвигаться. После этого врач проверит расположение повторно. Рекомендуется всегда использовать пессарий наименьшего размера, который держится. Также убедитесь в том, что с пессарием вы сможете нормально помочиться.

После нескольких недель или месяцев, врач должен удостовериться, что размер пессария выбран правильно. Благодаря разнообразию размеров можно подобрать пессарий, который подходит именно вам. Для повышения эффективности лечения размер пессария часто может быть увеличен.

Кольцевые пессарии medesign сделаны из гибкого, разработанного исключительно для медицинских целей, биологически совместимого силикона. Если появилась чувствительность к кольцу, необходимо прекратить его использование и обратиться к врачу. Благодаря металлической пружинной вставке кольцевые пессарии хорошо сохраняют форму. Они гибкие и легко сжимаются. За счет этого кольцевые пессарии устанавливаются и извлекаются с максимальной простотой. Пессарий может быть использован только одним пациентом.

Как установить кольцевой пессарий

Кольцевой пессарий легко вводится. Проверьте кольцо на целостность, повреждения и трещины. Кольцо должно быть чистым, цвет его не должен быть изменен. Если есть видимые повреждения или изменения поверхности, пессарий должен быть заменен на новый.

Утром кольцо вставляется во влагалище, вечером извлекается. Таким образом, чувствительные ткани влагалища ночью восстанавливаются. В особых случаях в течение ночи пессарий также может оставаться во влагалище, или он должен быть заменен на пессарий меньшего размера. Многие пациентки пожилого возраста предпочитают не менять пессарий самостоятельно, а обращаются с этим вопросом к врачу. Рекомендуется менять кольцо каждые четыре-восемь недель. При замене кольца следуйте инструкциям врача.

Перед введением кольца необходимо вымыть руки. Чтобы облегчить процедуру введения, можно воспользоваться гелем-лубрикантом, к примеру, марки Ladysoft. При необходимости на кольцо можно нанести эстроген-содержащий крем или гель.

Теперь можно ввести сложенное или сжатое кольцо во влагалище. Удобная поза для введения пессария – стоя, поставив одну ногу на край кровати. Некоторым женщинам удобнее ставить кольцо в положении лежа или присев на корточки. Также вы можете прислониться к стене, расставив ноги, и таким образом ввести пессарий. Попробуйте несколько вариантов и определите самый удобный для вас способ.

Установите пессарий в том положении, которое показывал вам врач. Убедитесь, что вы разместили сложенное кольцо на заднем своде влагалища. Затем просто подтолкните его вверх. Если кольцо не давит, оно установлено правильно. Если кольцо установлено неправильно, оно не сможет выполнять функцию поддержки и при нагрузке будет соскальзывать.

Как извлечь кубический пессарий?

Перед снятием кольца необходимо вымыть руки. Тщательно обработайте вход во влагалище гелем-лубрикантом Ladysoft. Захватите кольцо указательным пальцем и потяните. Не используйте никакие дополнительные вспомогательные средства для извлечения кольцевого пессария. Снова вымойте руки.

Чистка пессария

Снятое кольцо вымойте его в теплой воде с мыльным раствором или мягким моющим средством, например, Femsoft. Затем тщательно промойте и просушите. Дезинфекция, как правило, не требуется. После очищения кольца снова помойте руки.

Для поддержания чистоты интимной зоны используйте, к примеру средство марки Femsoft, специально разработанное для интимной гигиены, на основе молочной сыворотки и крапивы с низким pH (от 3,8 до 4). Снова вымойте руки.

Не используйте для чистки химические средства.

**Не применяйте бытовые чистящие
или моющие средства.**

Стерилизовать пессарий кипячением не нужно.

Не кладите его в микроволновую печь.

Утилизация

Пессарии фирмы Medesign изготовлены из сертифицированного медицинского силикона, и их можно удалять вместе с бытовыми отходами. Силикон не обладает способностью к биоразложению, поэтому его не следует выбрасывать в унитаз.

**В (тонком) кольцевом пессарии есть металлическая
вставка для сохранения формы.**

**Это может негативно сказаться на результатах
рентгенологического обследования,
компьютерной томографии, МРТ и т.д.**

**Во время обследования кольцо может нагреваться.
Сообщите об этом врачу. Перед обследованием
(тонкое) кольцо необходимо снять.**



Противопоказаниями для применения пессариев служат инфекционные заболевания влагалища и шейки матки.



**Во время предполетного досмотра при проходе через магнитную рамку кольцо будет обнаружено.
Перед контролем (тонкое) кольцо необходимо снять.**

Указания по применению

- Прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям.
- Применяйте после консультации с врачом.
- Максимальная продолжительность использования кольца без контроля врача – 29 дней.
- Максимальная продолжительность использования кольца под контролем врача – от 2 до 3 циклов по 29 дней.
- Возможно многократное использование одним пациентом.
- Правильность введения кольца проверяется в ходе беседы с пациентом или на УЗИ.
- Перед каждым применением кольцо необходимо обследовать на предмет чистоты и нарушения целостности. Если есть изменения поверхности, пессарий должен быть заменен на новый.
- После каждого использования кольцо необходимо очищать. Его следует вымыть в теплой воде с мыльным раствором, затем тщательно прополоскать.
- Периоды применения должны быть отмечены у врача.
- Не использовать во время менструации или вместе с тампоном. Только после консультации с врачом.
- Не использовать во время беременности или при подозрении на беременность.

- Не использовать при инфекциях мочевыводящих путей, инфекциях мочевого пузыря или вагинальных инфекциях.
- Пессарии medesign не содержат латекса.

Вспомогательные продукты

Гель-смазка Ladysoft для облегчения введения пессария.

Моющий лосьон для интимной зоны Femsoft для бережного очищения интимной области.

Крем для интимной зоны Femsoft для ухода и защиты интимной области.



Годен до

REF

Артикулярный номер (MED...)



Номер партии



Внимание!



Дата изготовления



Принять к сведению информацию в инструкции по применению



Производитель



Код ЕС с идентификационным номером
0483 уполномоченного органа сертификации

Кольцевой пессарий тонкий	Размер	номер изделия
---------------------------	--------	---------------



Ø 45 mm	MED1001442
Ø 50 mm	MED1000100
Ø 55 mm	MED1000101
Ø 60 mm	MED1000102
Ø 65 mm	MED1000103
Ø 70 mm	MED1000104
Ø 75 mm	MED1000105
Ø 80 mm	MED1000106
Ø 85 mm	MED1000107
Ø 90 mm	MED1000108
Ø 95 mm	MED1000109
Ø 100 mm	MED1000434

Кольцевой пессарий толстый	Размер	номер изделия
----------------------------	--------	---------------



Ø 50 mm	MED1000817
Ø 55 mm	MED1000818
Ø 60 mm	MED1000819
Ø 65 mm	MED1000820
Ø 70 mm	MED1000821
Ø 75 mm	MED1000822
Ø 80 mm	MED1000823
Ø 85 mm	MED1000824
Ø 90 mm	MED1000825
Ø 95 mm	MED1000826
Ø 100 mm	MED1000827

Содержание:

- 1 пессарий с руководством по применению
- 1 гель-смазка Ladysoft с руководством по применению

Если у Вас возникнут вопросы по применению пессариев, или Вы захотите поделиться своим опытом с нами, пожалуйста, напишите нам.



环形子宫托



操作说明书

为什么要使用子宫托的治疗方法？

环形子宫托对一定程度的大小便失禁(尿、粪不能自行控制)具有明显疗效·并能缓解由于阴道、子宫、膀胱以及肠道等器官脱垂引起的不适症状。引起上述器官脱垂的原因很多·比如肌肉组织先天松弛·更年期激素水平下降或者怀孕分娩等等。利用子宫托的支撑作用·同时加强盆底肌肉组织的锻炼·必要时涂抹雌性激素药膏等·都能有效地改善器官脱垂·直至最终彻底放弃使用子宫托。

子宫托有何疗效？

medesign子宫托能将器官复位·并能预防阴道壁膨出·子宫和膀胱及肠道等器官的脱垂·子宫托疗法可替代手术治疗子宫脱垂及大小便失禁等疾病。

如何选择适合我的子宫托？

选择正确规格的子宫托是减少痛苦、达到最佳疗效的前提。medesign环形子宫托有直径从45到100毫米之间的几种不同规格·能牢牢吸附的最小尺寸的子宫托应该是您的首选。

除了这些一般规格·我们还有一款加厚的特殊子宫托。这种子宫托特别受到老年患者的亲睐·因为加厚的子宫托有更大的支撑面·在不能每天更换的情况下·能有效地防止阴道擦伤和压痛症状。

您的主治医生将会为您选择正确规格的子宫托并帮助您试戴·您自己可以通过压腹、咳嗽以及进行各种运动等方式检测子宫托是否已牢牢吸附在宫颈上。最后医生还会帮助您确认子宫托的正确位置。您一定要选择最小尺寸的能牢牢吸附的子宫托·并确保上托后排尿不受阻碍。

使用子宫托几周或几个月后·一定要请您的主治医生复查·是否需要更

换另一种规格的子宫托·确保使用完全吻合您身体状况的子宫托·为达到最佳治疗效果·建议您逐步增大子宫托的尺寸规格。

medesign环形子宫托使用的是专门用于医疗用途的特殊硅胶材料·富有弹性且不伤害器官组织·但如果在使用时·还是出现过敏现象·请立即停止使用并向您的主治医生咨询。一般规格的环形子宫托内嵌有一个金属圈(具有弹簧张力)·保持子宫托的形状。子宫托的质地非常柔软·可折叠或挤压·便于取放托。一托只供一人使用。

自己如何放托?

放托的操作非常简单。首先请您仔细检查子宫托·子宫托应该是无破损、表面清洁、无褪色、无裂缝及无老化现象。如果子宫托表面有明显的破损痕迹·请立即更换。

每天早上将子宫托放入阴道·晚上取出·以便让敏感的阴道组织在夜间得以放松。在特殊情况下·可将子宫托留在体内过夜·或选择使用小一号的子宫托。老年人不能做到每天放取·可请医护人员帮忙·酌情四至八周放取一次·同时请遵循医嘱。

放托之前·洗净双手·阴道处适当涂抹润滑膏剂·如Ladysoft润滑油等更方便将子宫托顺利地推入阴道。如需要·您还可以将含有雌激素的软膏或凝胶涂抹在子宫托上。

折叠或压缩子宫托·然后把它推入阴道。放入时·您可把一条腿抬高放到床沿上·有些患者也采用下蹲式或卧式·您还可以后背紧靠墙壁·稍微分开双腿·慢慢地将子宫托推入体内。您可以多次尝试·寻找最适合自己的姿势。

将子宫托送入体内后·一直推到医生曾给您示范的位置·请注意·先将叠压的子宫托推到阴道穹窿后部·然后再将子宫托稍微向前向上推·使其固定。阴道没有压迫感·就说明子宫托的位置合适。如果子宫托的位置不正确·将起不到支撑的作用·还有可能在用力过猛时滑落出来。

如何安全地取出子宫托？

在取出子宫托之前也要洗净双手·将Ladysoft润滑凝胶均匀涂抹阴道处·用食指扣住子宫托·然后轻轻地将子宫托拉出体外。请不要使用其他任何工具·完成后再次将手洗干净。

清洁子宫托

取出的子宫托请用温水清洗，可使用适量的肥皂溶液或温和的清洗露如Femsoft，之后用清水冲洗干净晾干。一般不需要特别的消毒，清洗后别忘了再次洗干净手。

清洗和护理私处，我们推荐使用Femsoft清洗露，它是从乳清和荨麻中提炼出的、专门为此用途研制的清洗露，pH值仅有3.8~4。清洗私处之后仍然不要忘记洗干净手。



- 请勿使用化学制剂清洗。
- 请勿使用家用清洁剂或洗涤剂。
- 没有必要煮沸子宫托。
- 请勿将其放入微波炉中。

处置

medesign子宫托由经认证的医疗级硅胶制成，可以作为家庭废弃物处置。硅胶不可生物降解，所以不应投入厕所处置。



环形子宫托（薄款）内嵌一个用于固定的金属圈。

在进行X射线、CT、MRT等医疗检查中，
有可能影响检查结果。在进行这类检查时，
子宫托有可能发热，请事先告知医护人员。

做这类检查时，请事先取出子宫托（薄款）。



子宫托的禁忌症为阴道和子宫颈感染。



在安检时有可能报警。
通过安检时，最好取出子宫托（薄款）。

使用说明

- 请详细阅读说明书并按照说明书的指引使用。
- 请在专业医护人员指导下使用。
- 在没有医护人员监测下连续使用不得超过：29天。
- 在医护人员监测下最长连续使用两到三个疗程，每个疗程29天。
- 同一个患者可重复使用。
- 子宫托的舒适度及位置是否正确需经过超声波检验，或者通过询问患者的感觉来确定。
- 每次使用之前，必须确定子宫托无破损，表面清洁干净，如表面有明显的破损，应立即更换。
- 每次使用完毕后，应用温水加以适量的肥皂溶液进行物理清洗，并用清水冲洗干净。
- 使用的疗程需经医生开具证明。
- 在月经期间不得使用，也不得和经期用的棉条共同使用，或在医生的指导下使用。
- 不得在怀孕期间或疑似怀孕的情况下使用。
- 不得在膀胱、尿道或阴道发炎的情况下使用。
- medesign子宫托不含胶乳材料。

配套产品

Ladysoft润滑剂: 便于插入子宫托

Femsoft私处清洁液: 温和地清洁私处

Femsoft私处膏: 保养和保护私处



进出口



模型 (MED...)



批号



慎重



制造日期



使用说明



生产厂家



符合欧盟标准

环形子宫托 薄款



尺寸

货物编号

ø 45 mm	MED1001442
ø 50 mm	MED1000100
ø 55 mm	MED1000101
ø 60 mm	MED1000102
ø 65 mm	MED1000103
ø 70 mm	MED1000104
ø 75 mm	MED1000105
ø 80 mm	MED1000106
ø 85 mm	MED1000107
ø 90 mm	MED1000108
ø 95 mm	MED1000109
ø 100 mm	MED1000434

环形子宫托 厚款



尺寸

货物编号


ø 50 mm	MED1000817
ø 55 mm	MED1000818
ø 60 mm	MED1000819
ø 65 mm	MED1000820
ø 70 mm	MED1000821
ø 75 mm	MED1000822
ø 80 mm	MED1000823
ø 85 mm	MED1000824
ø 90 mm	MED1000825
ø 95 mm	MED1000826
ø 100 mm	MED1000827




内含：

1份带使用说明书的子宫托

1份带使用说明书的Ladysoft润滑剂

若您就使用有任何疑问，或想与我们分享您的经验，请致函我们。

الفرزجة الحلقيّة غير نحيف ضعيف	الحجم	رقم العنصر
	45 ٠ ملم	MED1001442
	50 ٠ ملم	MED1000100
	55 ٠ ملم	MED1000101
	60 ٠ ملم	MED1000102
	65 ٠ ملم	MED1000103
	70 ٠ ملم	MED1000104
	75 ٠ ملم	MED1000105
	80 ٠ ملم	MED1000106
	85 ٠ ملم	MED1000107
	90 ٠ ملم	MED1000108
	95 ٠ ملم	MED1000109
	100 ٠ ملم	MED1000434

الفرزجة الحلقيّة غير السميكة	الحجم	رقم العنصر
	50 ٠ ملم	MED1000817
	55 ٠ ملم	MED1000818
	60 ٠ ملم	MED1000819
	65 ٠ ملم	MED1000820
	70 ٠ ملم	MED1000821
	75 ٠ ملم	MED1000822
	80 ٠ ملم	MED1000823
	85 ٠ ملم	MED1000824
	90 ٠ ملم	MED1000825
	95 ٠ ملم	MED1000826
	100 ٠ ملم	MED1000827

ي و ت ح م ل

ت ا د ا ش ر ا ب ي ت ك ع م ة ج ز ر ف ١

ت ا د ا ش ر ا ب ي ت ك ع م ف و س ي د ي ل ة ي ت ي ز ئ د ا م ١

ت ب غ ر ا ذ ا و م ا د خ ت س ال ا ب ق ل ع ت ت ئ ل ئ س ا ي ا ئ ك ي د ل ن ا ل ا ذ ا
ا ن ب ل ا ص ت ا ل ا و ج ر ن ، ا ن ع م ك ت ب ر ج ت ك ر ا ش ت ي ف

ةـ جـ زـ رـ فـ لـ لـ لـ هـ سـ لـ اـ لـ اـ خـ دـ اـ لـ لـ :ـ تـ فـ وـ سـ يـ دـ يـ لـ تـ يـ زـ ةـ دـ اـ مـ .ـ ةـ سـ اـ سـ حـ لـ اـ قـ طـ اـ نـ مـ لـ لـ قـ يـ قـ رـ لـ اـ فـ يـ ظـ نـ تـ لـ لـ :ـ تـ يـ مـ يـ تـ نـ !ـ تـ فـ وـ سـ مـ يـ فـ لـ وـ سـ غـ اـ هـ يـ مـ حـ يـ وـ ةـ سـ اـ سـ حـ لـ اـ قـ طـ اـ نـ مـ لـ اـ يـ ذـ غـ يـ تـ يـ مـ يـ تـ نـ !ـ تـ فـ وـ سـ مـ يـ فـ مـ يـ رـ كـ

صالح للاستخدام حتى **REF** رقم المنتج (MED...)

LOT الدفعـة تـ نـ يـ بـ يـه

تـارـيـخـ التـصـنـيـعـ **□** اـ قـرـأـ وـاتـبـعـ إـرـشـادـاتـ الـاسـتـخـدامـ

المـنـتـجـ عـلـامـةـ الجـودـةـ الـأـورـوـبـيـةـ معـ رـقـمـ 0483

تعريفـ الجـهةـ التيـ تمـ إـبـلـاغـهاـ

وجزءاً من محرلاً قناعاً ولبهملاً ودع



ةيسي طان غملان مألاً طب اوضي فةي باجي!
ةلكيم سلار يغةي قل حل لاجزء نكم مملان
ي نمألاً صحف لابق



يرجى مراعاة ما يلي

- يجب قراءة واتباع إرشادات الاستخدام التالية.
- استخدمي المنتج وفق الإرشادات التي تحصلين عليها من أخصائي الرعاية الصحية.
- مدة الاستخدام المتواصل بدون إشراف طبي: 29 يوماً كحد أقصى.
- الفترة القصوى للاستخدام مع الإشراف الطبي هي: 3 - 29 يوماً كحد أقصى.
- الاستخدام المتكرر مع نفس المريض أمر ممكن.
- يجب تأمين حد السماح والوضع الصحيح للفرزجة من خلال التخطيط بال摩جات فوق الصوتية وأو الاستشارة.
- يجب فحص المنتج للتحقق من سلامته ونظافته سطحه قبل كل استخدام. يجب استبدال الفرزجة بواحدة جديدة عند ظهور أي تغييرات على السطح.
- يجب تنظيف الفرزجة بعد كل استخدام - باستخدام ماء فاتر وصابون ثم شطفها بعد ذلك بمياه نظيفة.
- يجب توسيع فترات الاستخدام من قبل أحد الأطباء.
- لا تستخدمي الفرزجة أثناء فترة الحيض ولا تستخدميها مطلقاً مع سداده أو بدون استشارة طبية.
- لا تستخدمي الفرزجة أثناء الحمل أو إذا اعتقادت بأنك حامل.
- لا تُستخدم الفرزجة في حالة الإصابة ببعدي في المثانة أو الجهاز البولي أو في حالة الإصابة بالتهاب في المهبل.
- فراجز مي ديزاين خالية من اللاتكس.

لوسغ رضحتسم وأ نوباص و قرتاف هايمب اهعزن دعب ئيقلى جزرفلا يفظن نوكى ام ۋادع. فجت اهي كرتاو ۋادع تارم اهي فطشا. تفوس ميفلا لىثم لدتعم. جزرفلا في ظنت دعب ئيناثكىدى يلىسغا يرورض رىغ ميقيعتلما اهتىارو لىدى دل ئاساجلا قطانملا في ظنتل يفاضا مععد ئىلع لوصح جلل عنصم ليسغ رضحتسم وهو - تفوس ميفل لوسغ، لاثملالىبمسىلىع يمدختسما ئينيجوردىھ ئەميق نايوحى نىذللا صارقلاتابن و ۋەلاصىملا نم كىلذل امىسىصخ ئيناثكىدى يلىسغ اكىلذ دعب (3.8 - 4). ئاضف خن م

فې ظنتل ئىئايمىك داوم يأ ئىم دختسەت ئىل زنم تا ئاظن م وأ قاب طا تا ئاظن م يم دختسەت ئىل
 جزرفلا يلىغ يرورضلى نم سىلى
 في ووركى املا زاهج يف اهيعضت ئىل



التخلص من المنتج

صلختلما نكمىي و دمتعملا يبطلان نوكىلىسلا نم ئاعونصم نيازىدىم جزارف يتلدا داوملما نم تسىلى نوكىلىسلا ۋادام نا. ئىل زنملا تاي افنلما يف اهنم مامحلا يف اهنم صلختلما زوجى ال اذل و امي ويچ لىلحةت.

(كىمىسىلا رىغ) ئيقلى جزارفلما يوحى
 رارقتسىلا قىقحتل اھب ۋە جەممەم ئىندۇم ۋوش



رابتىخا جى اتنىلىع ئىبلىس ۋروصب رىۋىي نا اذھل نكمىي
 خلا، يسىي طانغمىلا نىين دلاب رىوصتلى او ئىعطقىملا ئەخشىل او سىكى ئەخشى
 كىل ذپ كېبى بىطى مىلىع - تا صوحفلما ھەذھل الخ جزرفلا نىخست دقف
 تا صوحفلما لېبىق (كىمىسىلا رىغ) ئيقلى جزارفلما يعزنما

نم نوكى دقو .لبهملا ىل! ٰطوغضملأا ٰينثملأا ٰيقلحلا ٰجزرفلالا يلخدا نآل
تادي سلأا ضعب .ريرسلا ٰفاح ىلع ،لاشملالا بس ىلع ،لجرأالا دحأ عضو ديفملأا
وأ (ءانحنالا) ضوبرلا ٰيعضو يف ٰيقلحلا ٰجزرفلالا لاخدا رسيلأا نم دجت
مث ،اليلق ٰدورفم لكي لج رب ناردل ج دحأ ىلع ءاكلتالا لكتكمي امك .ءاقلت مسالا
.كل لضفالا ٰقيرطلالا يبرج .ٰجزرفلالا لاخدب نيموقت

تعضو .لكتنأ نم يدكتأ .لكببي بط كل هنيب يذلا ناكملالا ىل! ٰجزرفلالا يعفدا
كل ذدعب اهيعفدا مث يف لخلالا يل بهملا وبقلالا يف ٰينثملأا ٰيقلحلا ٰجزرفلالا
.طغض يأب يرعشت مل اذا ٰتحيحص ٰروصقب ٰعوضوم ٰجزرفلالا نوكت .مامآلأا ىل!
موقت نأ نكمي ال اهنإف ٰتحيحص ٰروصقب ٰيقلحلا ٰجزرفلالا عضو متى مل اذا
داهج إالا تتحت ج راخ لـ لـ قـ لـ زـ نـ تـ فـ وـ سـ وـ مـ عـ اـ دـ لـ اـ هـ تـ فـ يـ ظـ وـ بـ

كيف أقوم بنزع الفرزجة الحلقيبة؟

لم الكلاب لبهملا ٰقطنم ين هدا عزنلاب لبق لكي دي لسغ امضيأ .لكي لع يغبني
ٰجزرفلالا يبحسا او ٰباب سلأا لـ عـ بـ صـ اـ بـ ٰقـ لـ حـ لـ اـ يـ بـ حـ سـ اـ .ـ تـ فـ وـ سـ يـ دـ يـ لـ لـ اـ تـ يـ زـ بـ
لكي دي يل سغأ .ٰيقلحلا ٰجزرفلالا عزنل يرخأ تاودأ يأ يمدختست ال .لكلبهم ج راخ
.كل ذدعب، ٰيناث

ةمءالم ىدم مييققتب لكب صالحا ديلوتعل او ءاسنلا يراشتسا موقي فوسو
ىلإ ٰجاجب بتنك اذا ام ئريل رهشأ وأ عيباسأ ٰدع دعب لكب صالحا ٰجزرفل
ةي درفل ا ٰممءالملاب ٰفليتختملما ماجح ألا حمسـتـ الـمـ فأـ فـلـ تـخـمـ مـجـحـ ىـلـ اـلـاقـتنـنـ الـاـ
ـلـضـفـأـ جـئـاتـنـ قـيـقـحـتـ لـجـأـنـ مـدـئـاـزـ جـازـفـ مـاجـحـ أـبـ جـالـعـلـاـ مـتـيـ اـمـ اـبـلـاغـ

نـيلـ وـنـرمـ جـيـ سـنـ نـمـ نـيـاـزـيـ دـيـ مـكـرـشـ اـهـعـنـصـتـ يـتـلـاـ ٰقـلـحـلـاـ جـازـفـلـاـ فـلـأـتـتـ
اـذـاـ،ـكـلـذـنـمـ مـغـرـلـاـىـلـعـوـ.ـقـيـ بـطـلـاـتـ اـمـادـخـتـسـاـلـلـ اـصـيـصـخـعـونـصـمـنـوـكـيـلـيـسـلـاـنـمـ
يـوحـتـ.ـكـبـيـ بـطـعـمـعـضـوـلـاـيـشـقـانـوـ ٰجـزـرـفـلـاـ مـادـخـتـسـاـيـفـقـوـأـ،ـلـعـفـ ٰدـرـيـأـتـظـحـالـ
ـرـارـقـتـسـاـلـاـقـيـقـحـتـ اـهـبـ ٰجـمـدـمـ ٰقـيـنـدـعـمـ ٰقـوـشـ ٰقـيـقـلـحـلـاـ جـازـفـلـاـ

اهـلـاخـدـاـ نـمـ لـعـجـيـ اـمـ .ـاهـطـغـضـوـ اـهـيـنـثـ نـكـمـيـ مـثـ نـمـ وـ ٰقـنـوـرـمـلـابـ جـازـفـلـاـ مـسـتـتـ
ـطـقـفـ دـحـ اوـضـيـرـمـ لـبـقـ نـمـ الـ ٰجـزـرـفـلـاـ مـادـخـتـسـاـ زـوـجـيـ الـ ـاـلـهـسـ اـرـمـ اـهـعـزـنـ وـ

كيف أقوم بإدخال الفرزجة الحلقية؟

قـقـحـتـلـلـ ٰقـلـحـلـاـ ٰجـزـرـفـلـاـ يـصـحـفـاـ.ـقـلـوـهـسـبـ لـكـسـفـنـبـ جـازـفـلـاـ لـاخـدـاـ لـكـنـكـمـيـ
ـلـدـتـ تـاـمـاـلـعـ يـأـوـ نـوـلـلـاـ يـفـ رـيـغـتـ يـأـ دـوـجـ وـنـمـ قـقـحـتـلـلـوـ اـهـتـفـاـظـنـ وـ اـهـتـمـاـلـسـ نـمـ
ـوـأـفـلـتـ يـأـ رـهـظـ اـذـاـ ٰدـيـدـجـ ٰدـحـاـوـبـ ٰجـزـرـفـلـاـ لـاـدـبـتـسـاـ بـجـيـ.ـقـزـمـتـ وـأـفـلـتـ دـوـجـ وـىـلـعـ
ـجـطـسـلـاـىـلـعـ تـارـيـيـغـتـ

اهـتـلـاـزـاـوـ حـاـبـصـلـاـ يـفـ لـبـهـمـلـاـ يـفـ ٰقـلـحـلـاـ ٰجـزـرـفـلـاـ لـاخـدـاـ لـكـيـلـعـ نـيـعـتـيـ
ـيـفـ يـفـاعـتـلـابـ سـاـسـحـلـاـ يـلـبـهـمـلـاـ جـيـسـنـلـلـ حـاـمـسـلـاـ لـجـأـنـ مـكـلـذـوـ ءـاسـمـلـاـ يـفـ
ـوـأـلـيـلـلـاـ لـالـخـ لـخـاـدـلـابـ ٰجـزـرـفـلـاـىـلـعـ ٰاـقـبـإـلـاـ مـتـيـ دـقـ.ـقـنـيـعـ مـتـالـحـ يـفـوـ.ـلـيـلـلـاـ
ـٰقـلـحـلـاـ جـازـفـلـاـ رـيـيـغـتـ نـمـاـلـدـبـ.ـلـيـلـلـاـ يـفـ رـغـصـ ٰقـيـقـلـحـ ٰجـزـرـفـبـ اـهـلـاـدـبـتـسـاـ
ـنـهـيـاـبـطـأـىـلـرـمـأـلـاـ اـذـهـنـسـلـاـ رـاـبـكـيـضـرـمـلـاـ نـمـ رـيـثـكـلـاـكـرـتـيـ،ـنـهـسـفـنـأـبـ

ـتـادـاشـدـاـعـابـتـاـ ـاـجـرـلـاـ عـيـبـاسـأـ 8ـىـلـ4ـ لـكـ اـهـلـاخـدـاـوـ جـازـفـلـاـ عـزـنـ يـرـوـرـضـلـاـ نـمـ
ـرـمـأـلـاـ اـذـهـيـفـ كـبـيـ بـطـ.ـرـمـأـلـاـ اـذـهـيـفـ كـبـيـ بـطـ
ـةـدـامـ مـادـخـتـسـاـبـ يـصـوـيـ لـاخـدـاـلـاـ لـيـهـسـتـلـوـ.ـٰجـزـرـفـلـاـ لـاخـدـاـ لـبـقـ لـكـيـدـيـ يـلـسـغـاـ
ـٰقـلـحـلـاـ ٰجـزـرـفـلـاـفـاـوـحـ ٰقـيـطـغـتـ مـتـيـ دـقـ،ـٰجـاـحـلـاـ دـنـعـوـ.ـتـفـوـسـ يـدـيـلـلـلـاـلـشـ ٰقـيـتـيـزـ
ـنـيـجـوـرـتـسـأـلـاـ ـةـدـامـىـلـعـيـوـتـحـيـ لـيـجـ وـأـمـيـرـكـبـ

متى يكون العلاج بالفرزجة الحلقيّة مفيداً؟

ىلع ٰردىقلا مدع) سلسللا نم ٰقنىعيم عاونأ جالعل ٰقيقلحلا جزارفلاب مدختساٰت
يىلدت نع ٰرجتانللا لكاشملا جالعل كلذك و (طوغتلاب وأ لوبتلاب يف مكحتلا
ٰرجيتن هذهبىلى دتلاتالاچ ثدجتن نأ نكھي .اعامألا وأ ٰقنا ثمملاب وأ محربلا وأ لبھملاب
وأ سأيلاب نس يلى يذلا تانومرهلا صقون وأ ٰقماضلا ٰرقمسنأليل يشارولاب فعاضلا
ضوحلا عاق تانيرمتبا بروحصم - جزارفلاب جالعلان إ. ٰقدالولاب وأ لمحلا وأ زجعلا
ٰزوصن بـ ٰقلحالان سسحى نأ نكھي ٰزوروضناب دنع، نىيجورتسألا بـ ٰينغلاب تاميركلا و
ٰمامامت ٰجزرف ٰيلإ ٰراجحلا انبننجي و ٰقمىاد

كيف تعلم الفيزياء

ةيـاحـنـلـا نـم حـيـحـصـلـا اـهـعـضـوـمـ ىـلـ! اـهـبـلـجـتـو اـضـعـأـلـا نـيـازـيـ دـيـمـ ٰـجـزـرـفـ دـيـعـتـ
ءـاعـمـأـلـا وـأـنـاـشـمـلـا وـأـمـحـرـلـا وـأـلـبـهـمـلـا يـلـدـتـو اـطـوـبـهـ كـلـذـبـ، قـمـوـاقـمـ ٰـجـيـرـشـتـلـا
سـلـسـلـا وـمـحـرـلـا يـلـدـتـ جـالـعـلـ ٰـجـارـجـلـا لـخـدـتـلـا نـعـاءـلـا دـبـ جـزاـفـلـا بـجـ الـعـلـا دـعـيـ وـ

أى فرزجة هي الصحىحة بالتنسية لى؟

يـلـاـشـمـلـاـ جـالـعـلـاـ قـيـقـحـتـلـ اـمـيـسـ اـسـ اـبـلـ طـتـمـ دـمـيـ حـيـحـصـلـاـ مـجـحـلـاـ رـايـتـخـاـ نـاـ ةـفـلـتـخـمـ عـوـنـأـمـ اـجـحـأـبـ ةـيـقـلـحـلـاـ نـيـاـزـيـدـ يـمـ جـذـارـفـ ضـرـعـتـوـ.ـضـارـعـأـلـاـ نـمـ صـلـخـتـلـاـوـ بـنـاـجـىـلـاـوـ.ـنـاـمـاـرـقـتـسـتـيـتـلـاـوـاـمـجـغـصـأـلـاـقـجـزـرـفـلـاـ رـايـتـخـأـبـجـيـ.ـ(ـمـلـ100ــ45ـ)

اهـلـضـفـيـ ةـكـيـمـسـ ةـيـقـلـحـ ةـجـزـرـفـ نـيـاـزـيـدـ يـمـ مـدـقـتـ،ـةـيـسـ اـيـقـلـاـ ةـيـقـلـحـلـاـ ةـجـزـرـفـلـاـ لـقـ اـمـلـكـ سـاـمـتـلـاـ ةـقـطـنـمـ تـرـبـكـ اـمـلـكـ.ـصـوـصـخـلـاـ هـجـوـلـعـ نـسـلـاـ رـابـكـ ئـرـدـمـلـاـ اـذـاـ ئـسـحـ -ـهـفـلـتـ رـطـاخـمـ تـلـقـ اـمـلـكـ وـجـيـسـنـلـاـ ئـلـعـ عـقـاـوـلـاـ طـغـضـلـاـ ئـرـيـبـكـ ةـجـرـدـبـ

ـةـيـمـوـيـ ةـرـوـصـبـ ةـجـزـرـفـلـاـ رـايـغـتـ مـتـيـ مـلـ



الفرزجة الحلقيبة

إرشادات الاستخدام 

medesign I.C. GmbH

 Dietramszeller Str. 6
D-83623 Dietramszell
Germany
 +49 (0)8027 90738-0
 +49 (0)8027 90738-27
 info@medesign.de



PRN21027

692491
2023-03

Hersteller / Manufacturer:
medesign I.C. GmbH

medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de